



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Patos de Minas/Secretaria Municipal de Saúde atendendo ao interesse público, retifica ao edital do Pregão Presencial 105/2010 - aquisição de equipamentos para realização de exames de endoscopia (monitor de LCD, nobreak, carrinho para carregamento de equipamento de endoscopia, vídeo endoscópio e processador de imagens), conforme segue:

NO ITEM 36.208

Excluir: COMPATÍVEL COM RECURSO BLV (RECURSO DE REALCE DE VASOS SANGUÍNEOS), SISTEMA DE ZOOM ELETRÔNICO.

NO ITEM 36.209

Excluir: MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA INSTANTÂNEA DE IMAGENS DE 1X A 2X (COM PASSOS DE 0.05); A PORÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS VISUALIZADA É ENFATIZADA; MEMÓRIA: DADOS DOS PACIENTES: 44 PACIENTES (IDADE, SEXO, DATA DE NASCIMENTO, OU COMENTÁRIOS (COMENTÁRIOS, NOME DO MÉDICO, NOME DO HOSPITAL).COM BOTÃO PARA ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DOS DADOS NO DISPLAY; FONTE DE LUZ XENON, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: INCORPORADA OU SEPARADA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM DEVENDO A FONTE DE LUZ E A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, SER DO MESMO MODELO E/OU FAMÍLIA; COM LÂMPADA DE EMERGÊNCIA HALÓGENA, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DA LÂMPADA PRINCIPAL; 01 LÂMPADA XENON DE NO MÍNIMO 150 WATTS DE POTÊNCIA (400X MAIS BRILHANTE COMPARADA À HALÓGENA); CONTADOR DIGITAL DA VIDA ÚTIL DA LÂMPADA; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE 500 HORAS; COM 01 LÂMPADA DE EMERGÊNCIA HALÓGENA DE 75W, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DA PRINCIPAL; INDICADOR LUMINOSO DA LÂMPADA DE EMERGÊNCIA INDICA QUANDO A LÂMPADA DE EMERGÊNCIA ESTÁ SENDO UTILIZADA; MÉTODO DE ARREFECIMENTO DA LÂMPADA: ARREFECIMENTO POR AR FORÇADO; INSUFLAÇÃO DE AR.

Onde se lê:

VOLTAGEM: 120V/230V

Leia-se:

VOLTAGEM: BIVOLT

NO ITEM 36.210

Onde se lê:

MONITOR DE LCD. COM TELA DE ALTO BRILHO E ALTO CONTRASTE, DIAGONAL DE TELA DE NO MÍNIMO 15".

Leia -se

MONITOR DE LCD. GRAU MÉDIO, COM TELA DE ALTO BRILHO E ALTO CONTRASTE, DIAGONAL DE TELA DE NO MÍNIMO 19".

A nova data de abertura dos envelopes nº 01 e 02 fica marcada para o dia 07/04/2011 às **13:00 horas.**

As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas.



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde

Patos de Minas, 22 de março de 2011.

Cláudia Soares Cruz
Pregoeira