



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Administração

PREGÃO N° 0105 / 2010

Proposta de Preços

Processo 15474 / 2010

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ: _____ **Insc. Estadual:** _____

Endereço: _____

Cidade: _____ **Estado:** _____

Telefone : _____ **Fax :** _____ **e-mail :** _____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: _____ **Agência:** _____ **Conta:** _____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: _____

Identidade: _____ **Orgão expedidor:** _____

Estado Civil: _____ **Nacionalidade:** _____

CPF: _____ **e-mail:** _____

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
2.473 / 2.010 - 1	874 / 2.010	1.080 / 2.010
2.471 / 2.010 - 1	872 / 2.010	1.080 / 2.010
2.472 / 2.010 - 1	873 / 2.010	1.080 / 2.010

ANEXO I

Cód. Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
36.212 UN	01	CARRINHO PARA ACONDICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCOPIA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA RÍGIDA E RESISTENTE, CONFECCIONADO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO, LATERAIS E FUNDOS FECHADOS COM CHAPAS (ENCAIXADOS), BRAÇO ARTICULADO PARA MONITORES LCD, PADRÃO VESA, PRATELEIRA PARA O TECLADO COM CORREDIÇAS, QUATRO RODÍZIOS 100MM DOIS COM FREIOS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200° C, COR CINZA TEXTURIZADO, PESO: 30KG. DIMENSÕES: EXTERNA 1300MMX 560MMX530MM(AXLXP) ÚTIL: 500MMX530MM (LXP).			
36.210 UN	01	MONITOR DE LCD. COM TELA DE ALTO BRILHO E ALTO CONTRASTE, DIAGONAL DE TELA DE NO MÍNIMO 15", ÂNGULO DE VISÃO DE 170° HORIZONTAL E VERTICAL, RESOLUÇÃO DE IMAGENS DE NO MÍNIMO 1024X768 PIXELS, MÍNIMO 1.677 MILHÕES DE CORES, COM TRATAMENTO ANTI-REFLEXO, FUNÇÃO ANTI-RUÍDO, COMPATÍVEL COM SISTEMAS PAL E NTSC; SINAIS DE ENTRADA: BNC, Y/C, RGB, DVI-D, VÍDEO COMPOSTO; SINAIS DE SAÍDA: BNC, Y/C, RGB; 02 (DOIS) CANAIS PARA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO; SINCRONISMO EXTERNO; CONTROLE PARA AJUSTE DE VOLUME, CONTRASTE, FASE COR, BRILHO E ABERTURA. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: CABOS DE LIGAÇÃO E MANUAL.			
36.211 UN	01	NOBREAK COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 1500VA/1,5KVA, CONTROLADO POR DSP (PROCESSADOR DIGITAL DE SINAIS), FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA E COM CONTROLE DIGITAL, TECNOLOGIA DE COMPONENTES SMD NA MONTAGEM DA PLACA, AUTO TESTE PARA VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES INICIAIS DO EQUIPAMENTO, SINALIZAÇÃO VISUAL COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EQUIPAMENTO, DA BATERIA E DA REDE ELÉTRICA, FUNÇÃO TRUE RMS COM MELHOR QUALIDADE NA REGULAÇÃO DE SAÍDA, DISTORÇÃO HARMÔNICA, BATERIAS SELADAS A PROVA DE VAZAMENTO, RECARGA AUTOMÁTICA DA BATERIA, MESMO COM NOBREAK DESLIGADO, GERENCIAMENTO DA BATERIA QUE AVISA QUANDO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDA, ESTABILIDADE NA FREQUÊNCIA DE SAÍDA, FREQUÊNCIA DE SAÍDA DO NOBREAK, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL, VENTILADOR INTERNO CONTROLADO DE ACORDO COM O CONSUMO DE CARGA E DA TEMPERATURA DO NOBREAK, OITO TOMADAS NA SAÍDA, BIVOLT AUTOMÁTICO NA ENTRADA, INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB.			
36.209 UN	01	PROCESSADORA DE IMAGENS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MAGNIFICAÇÃO ELETRÔNICA INSTANTÂNEA DE IMAGENS DE 1X A 2X (COM PASSOS DE 0.05); ALTA RESOLUÇÃO; COM OPÇÃO DE CONGELAMENTO DE IMAGENS EM MODO CAMPO/QUADRO;			

BOTÃO CORES, UTILIZADO PARA ACIONAR O MODO AJUSTE DE COR POSSIBILITANDO AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E TONALIDADE DA COR EM 9 ETAPAS E AJUSTE DA QUANTIDADE DE ÊNFASE EM UM CONTORNO; WHITE BALANCE (BALANÇO DO BRANCO) AUTOMÁTICO E MANUAL; CONTROLE DE GANHO AUTOMÁTICO; AJUSTE DA LUMINOSIDADE EM 9 NÍVEIS; FUNÇÃO BLV, QUANDO ACIONADA, A PORÇÃO DOS VASOS SANGUÍNEOS VISUALIZADA É ENFATIZADA; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO A EQUIPAMENTOS DE IMAGENS E DOCUMENTAÇÃO, TAIS COMO: VÍDEO IMPRESSORA, GRAVADORES, INSTRUMENTO ELETROCIRÚRGICO, MONITORES DE VÍDEO, SISTEMAS DE CAPTURA DE IMAGENS; COMPATÍVEL COM: VÍDEOGASTROSCÓPIOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS, VÍDEOCOLONOSCÓPIOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS, VÍDEODUODENOSCÓPIOS, VÍDEOBRONCOSCÓPIOS ADULTOS E PEDIÁTRICOS, VÍDEONASOFARINGOLARINGOSCÓPIOS, VÍDEONASOGASTROSCÓPIOS; SISTEMA DE TV: NTSC/PAL; VOLTAGEM: 120V/230V; MEMÓRIA: DADOS DOS PACIENTES: 44 PACIENTES (IDADE, SEXO, DATA DE NASCIMENTO, OU COMENTÁRIOS (COMENTÁRIOS, NOME DO MÉDICO, NOME DO HOSPITAL). COM BOTÃO PARA ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO DOS DADOS NO DISPLAY; COM 02 FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO; COM TERMINAL QUE POSSIBILITA CONEXÃO DO CONTROLE POR PEDALIS (FS-1) (OPCIONAL); SAÍDA DE IMAGEM: 1X VÍDEO BNC, 2X SUPER VÍDEO, 2X RGB, 2X REMOTE; FONTE DE LUZ XENON, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: INCORPORADA OU SEPARADA DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM DEVENDO A FONTE DE LUZ E A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, SER DO MESMO MODELO E/OU FAMÍLIA; COM LÂMPADA DE EMERGÊNCIA HALÓGENA, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DA LÂMPADA PRINCIPAL SEPARADA OU ACOPLADA A PROCESSADORA DE IMAGENS DEVENDO A FONTE DE LUZ E A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM, SER DO MESMO MODELO E/OU FAMÍLIA; 01 LÂMPADA XENON DE NO MÍNIMO 150 WATTS DE POTÊNCIA (400X MAIS BRILHANTE COMPARADA À HALÓGENA); CONTADOR DIGITAL DA VIDA ÚTIL DA LÂMPADA; VIDA ÚTIL DA LÂMPADA PRINCIPAL DE APROXIMADAMENTE 500 HORAS; COM 01 LÂMPADA DE EMERGÊNCIA HALÓGENA DE 75W, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALHA DA PRINCIPAL; INDICADOR LUMINOSO DA LÂMPADA DE EMERGÊNCIA INDICA QUANDO A LÂMPADA DE EMERGÊNCIA ESTÁ SENDO UTILIZADA; MÉTODO DE ARREFECIMENTO DA LÂMPADA: ARREFECIMENTO POR AR FORÇADO; INSUFLAÇÃO DE AR ATRAVÉS DE BOMBA DE DIAFRAGMA; ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM: 01 RECIPIENTE DE ÁGUA, 01 TESTE DE VAZAMENTO, 01 TECLADO DE DADOS, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO E CABOS DE LIGAÇÃO.

36.208 UN	01	VÍDEO ENDOSCÓPIO ELETRÔNICO, FLEXÍVEL COM CCD COLORIDO PARA OBSERVAÇÃO, BIÓPSIA TERAPÊUTICA E DOCUMENTAÇÃO. USADO PARA DIAGNÓSTICO GERAL DO SISTEMA DIGESTIVO. SISTEMA DE VÍDEO-ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA OBSERVAÇÃO E BIÓPSIA EM PACIENTES, COM POSSIBILIDADE DE CAPTURA DE IMAGENS. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PARA OBSERVAÇÃO, BIÓPSIA, TERAPÊUTICA DIATÉRMICA E DOCUMENTAÇÃO, FLEXÍVEL, CCD COLORIDO DE NO MÍNIMO 410.000 PIXELS, BOTÃO MULTIFUNCIONAL PARA CONGELAMENTO E CAPTURA DE IMAGENS, TOTALMENTE SUBMERSÍVEL E ESTERILIZÁVEL ATRAVÉS DE ÓXIDO DE ETILENO, GLUTARALDEÍDO E ÁCIDO PERACÉTICO, COMPATÍVEL COM RECURSO BLV (RECURSO DE REALCE DE VASOS SANGUÍNEOS), SISTEMA DE ZOOM ELETRÔNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TUBO FLEXÍVEL: COMPRIMENTO FUNCIONAL DE NO MÍNIMO: 1.030 MM, DIÂMETRO EXTERNO DE NO MÁXIMO: 9.8 MM, DIÂMETRO DO CANAL DE TRABALHO DE NO MÍNIMO: 2.8 MM, DIÂMETRO DISTAL DE NO MÁXIMO: 9.8 MM. ÓTICA: VISÃO: FRONTAL, ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO (EM GRAUS): 120° PROFUNDIDADE DE CAMPO DE NO MÍNIMO: 4-100 MM 02 GUIAS DE ILUMINAÇÃO. ÂNGULO DE DEFLEXÃO COM AS SEGUINTE CAPACIDADES MÍNIMAS DE ANGULAÇÃO: PARA CIMA: 210 GRAUS, PARA BAIXO: 90 GRAUS,
-----------	----	--

PARA DIREITA: 100 GRAUS, PARA ESQUERDA: 100 GRAUS. KIT DE ACESSÓRIOS BÁSICOS:
MALETA, 01 PINÇA DE BIÓPSIA, 01 ESCOVA DE LIMPEZA DO CANAL, 01 BOCAL, 01 TAMPA
A PROVA DE ÁGUA, 01 ÓLEO DE SILICONE, 01 TAMPA DE PROTEÇÃO E SUCCÃO, 01
LIMPADOR DE LENTES, 01 TAMPA DE PROTEÇÃO CONECTOR DE VENTILAÇÃO AR/ÁGUA,
01 TAMPA DO CONECTOR, 01 VÁLVULA DA PINÇA, 01 KIT DE LIMPEZA E MANUAL DE
OPERAÇÃO.

Valor Total Global: R\$ _____ (_____)

Observações:

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais em seus valores unitário, sob pena de desclassificação.
- Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da entrega.
- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 8.8.3 e 8.9 do edital.
- As licitantes deverão apresentar prospectos para todos os itens, com identificação clara dos equipamentos ofertado sob pena de desclassificação.
- Apresentar manuais que poderão ser apresentados na forma de cópia xerográfica ou digital (disquete/CD) com a comprovação do atendimento às exigências do edital relativas às especificações técnicas, sob pena de desclassificação da proposta.

Validade da Proposta _____ / _____ / _____
(no mínimo em 60 dias)

Prazo de Entrega _____ / _____ / _____
(no máximo em 30 (trinta) dias após expedição da solicitação)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: _____

Carimbo Padronizado

Data: _____ / _____ / _____