Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

PREGÃO Nr. 119/2008

ANEXO I

Proposta de Preços

Processo: 7.253/2008

Razão Social do Licitante: _____

CNPJ:_____ Insc. Estadual:_____

Endereço:_____

Cidade:_____ Estado:_____

Telefone :_____ Fax :_____ e-mail :_____

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco:_____ Agência:_____ Conta:_____

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome:_____

Identidade:_____ Orgão expedidor:_____

Estado Civil:_____ Nacionalidade:_____

CPF:_____ e-mail:_____

2.069 / 2.008 - 1	192 / 2.008	1.133 / 2.008
2.075 / 2.008 - 1	265 / 2.008	952 / 2.008
2.078 / 2.008 - 1	264 / 2.008	952 / 2.008
2.077 / 2.008 - 1	148 / 2.008	965 / 2.008
2.074 / 2.008 - 1	228 / 2.008	965 / 2.008

LOTE	ITEM	UN	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	20.808	UN	6	AFASTADOR FARABEUF ADULTO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DE FEITOS DE FABRICAÇÃO.			
	27.408	UN	13	AFASTADOR MINESSOTA, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E E7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
	20.809	UN	9	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

Total do Lote n° 01: R$_____(_____)

02	20.780	UN	3	CINZEL DE OCHSENBEIN N° 1,PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.781	UN	3	CINZEL DE OCHSENBEIN N° 2, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO).CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.782	UN	3	CINZEL DE OCHSENBEIN N° 3, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO).CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

Total do Lote n° 02: R$_____(_____)

03	20.792	UN	29	CURETA GRACEY N° 11-12, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

	20.793	UN	29	CURETA GRACEY N° 13-14, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.788	UN	8	CURETA GRACEY N° 3-4, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.789	UN	20	CURETA GRACEY N° 5-6, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.791	UN	5	CURETA GRACEY N° 9-10, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

Total do Lote n° 03: R$_____(_____)

04	20.794	UN	9	CURETA MCCALL N° 13-14, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

Total do Lote n° 04: R$_____(_____)

05	20.796	UN	2	CURETA P. L. N° 3-4, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARC A, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.797	UN	2	CURETA P. L. N° 5-6, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.795	UN	2	CURETA P. L. N° 1-2, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA , NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO, TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

Total do Lote n° 05: R$_____(_____)

06	27.583	UN	2	DESCOLADOR DE MOLT, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

Total do Lote n° 06: R$_____(_____)

07	20.813	UN	5	FÓRCEPS ADULTO N° 1, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.816	UN	4	FÓRCEPS ADULTO N° 151, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.817	UN	7	FÓRCEPS ADULTO N° 16, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.818	UN	7	FÓRCEPS ADULTO N° 17, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.820	UN	9	FÓRCEPS ADULTO N° 18L, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

	20.819	UN	9	FÓRCEPS ADULTO N° 18R, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.821	UN	4	FÓRCEPS ADULTO N° 69, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

Total do Lote n° 07: R$_____(_____)

08	20.824	UN	6	FÓRCEPS INFANTIL N° 17, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.825	UN	8	FÓRCEPS INFANTIL N° 18D, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

Total do Lote n° 08: R$_____(_____)

09	30.120	UN	2	GENGIVÓTOMO DE KIRKILAND, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO).CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	27.568	UN	1	GENGIVÓTOMO ORBAN - COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			

Total do Lote n° 09: R$_____(_____)

10	20.828	JG	8	JOGO DE ALAVANCA APICAL INFANTIL, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
	20.829	JG	1	JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
	20.831	JG	3	JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			

Total do Lote n° 10: R$_____(_____)

11	20.800	UN	2	LIMA HIRSCHFELD N° 3-7, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.801	UN	2	LIMA HIRSCHFELD N° 5-11, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO).CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
	20.802	UN	2	LIMA HIRSCHFELD N° 9-10, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO).CABO TUBULAR OCO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

Total do Lote n° 11: R$_____(_____)

12	20.833	UN	9	LIMA PARA OSSO N° 12, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.			
	30.122	UN	2	LIMA SCHLUGER PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			

Total do Lote n° 12: R$_____(_____)

13	30.119	UN	3	MICRO CINZEL DE OCHSENBEIN N°2, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			

Total do Lote n° 13: R$_____(_____)

14	13.252	UN	4	PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA - INOX - COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			

Total do Lote n° 14: R$_____(_____)

15	20.836	UN	9	PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO RETA 12 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

	20.840	UN	4	PINÇA PORTA AGULHA TIPO MAYO COM VÍDEA 14 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.841	UN	14	PINÇA PORTA AGULHA TIPO MAYO 14 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS , PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	30.121	UN	3	PORTA AGULHA CASTROVIEJO, PONTA RETA,COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISI TOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS , PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

Total do Lote n° 15: R$_____(_____)

16	27.416	UN	31	PORTA MATRIZ - COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
	20.842	UN	9	SINDESMÓTOMO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			

Total do Lote n° 16: R$_____(_____)

17	20.843	UN	11	TESOURA PONTA FINA ÍRIS CURVA 11 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE EM SAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTA S, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
	20.844	UN	16	TESOURA PONTA FINA ÍRIS RETA 11 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRS 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOSCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

Total do Lote n° 17: R$_____(_____)

18	30.473	UN	3	AMALGAMADOR VIBRATÓRIO DE ALTA ENERGIA, DIGITAL, SILENCIOSO, COM TEMPORIZADOR CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR PERMITINDO PERÍODOS DE TRITURAÇÃO EXATOS E CONSISTENTES, DESENVOLVIDO PARA SER USADO POR TODOS OS SISTEMAS DE CÁPSULAS, RESISTENTE E SEM VIBRAÇÕES EXTERNAS. O PRODUTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.			

Total do Lote n° 18: R$_____(_____)

19	20.550	UN	3	FOTOPOLIMERIZADOR COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (100 A 240 VCA), PONTEIRA DE FIBRA-ÓTICA RÍGIDA AUTOCLAVÁVEL, LÂMPADA HALÓGENA (DICRÓICA). POTÊNCIA APROXIMADAMENTE ENTRE 350 E 500 MW/CM², COM FILTRO QUE PRODUZ LUZ DE COMPRIMENTO DE ONDA NA FAIXA ENTRE 400 E 500 NM. DISPOSITIVO DE CONTROLE TÉRMICO, POSSIBILITANDO TEMPERATURA DE LUZ QUE NÃO PREJUDIQUE A SAÚDE PULPAR. TEMPO PROGRAMÁVEL DE 10 E M 10 SEGUNDOS, ATÉ 50 SEGUNDO, COM SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. PEÇA DE MÃO TIPO PISTOLA, COM CONTROLE DE ACIONAMENTO NA PRÓPRIA PISTOLA, COM DISPOSITIVO QUE IMPEDE DISPAROS ACIDENTAIS. PRODUTO COM GARANTIA DE FÁBRICA DE PELO MENOS 12 MESES. A EMPRESA FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICADOS ISO 9.001 E ISO 13.485. O PRODUTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS			

Total do Lote n° 19: R$_____(_____)

20	27.617	UN	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA CÂMARA DE INÓX 42 LITROS - ESPECIFICAÇÃO AUTOCLAVE - HORIZONTAL, DE MESA MICROPROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA PARA ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, UTENSÍLIOS, TECIDOS, LUVAS, LÍQUIDOS, VIDRARIAS, ETC... FAIXAS DE TRABALHO CICLOS RÁPIDOS PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL. CÂMARA CILÍNDRICA CONSTRUÍDA DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. GABINETE CONJUNTO MONTADO SOBRE ESTRUTURA EM AÇO A36, APOIADO SOBRE PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR 01 PORTA, TENDO SEU SISTEMA DE FECHAMENTO A			

				TRAVÉS DE MANÍPULO, DE DUPLO ESTÁGIO QUE EXERCE PRESSÃO POR IGUAL EM TODO PERÍMETRO DA TAMPA APOIANDO PERFEITAMENTE A SUPERFÍCIE DA MESMA EM GUARNIÇÃO DE MATERIAL E ASSEGURAR PERFEITA VEDAÇÃO E EXTENSA DURABILIDADE. EQUIPADA COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO, SENSOR PT 100. DISPLAY ALFANUMÉRICO DIGITAL QUE INDICA PRESSÃO, TEMPERATURA, CICLOS, ALARMES. CHAVE GERAL LIGA E DESLIGA TODO O EQUIPAMENTO EM CASO DE USO OU EMERGÊNCIA. TECLA SELEÇÃO QUE SELECIONA O CICLO DESEJADO DE ACORDO COM O MATERIAL A SER ESTERILZADO. TECLA PARTIDA QUE INICIA O CICLO PRÉ PROGRAMADO ESCOLHIDO. SISTEMA HIDRÁULICO COM FILTROS EM BRONZE, ELEMENTO FILTRANTE EM AÇO INOXIDÁVEL. VÁLVULAS SOLENÓIDES EM LATÃO FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULAS DE SEGURANÇA CONSTRUÍDA EM LATÃO QUE CONTROLA O EXCESSO DE PRESSÃO EXISTENTE NA CÂMARA.CONEXÕES CONSTRUÍDAS EM COBRE. EQUIPADA COM MICRO - SWITCH. CONTROLE DE NÍVEL PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS DO GERADOR CASO HAJA FALTA D´ÁGUA. FUSÍVEIS PARA PROTEGER O SISTEMA NO CASO DE SOBRECARGA NA REDE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. ELEMENTO DE SEGURANÇA: TERMOSTÁTICO QUE SE FUNDE COM EXCESSO DE TEMPERATURA LIBERANDO A PRESSÃO. AQUECIMENTO VOLTAGEM ELÉTRICO 127V OU 220V .			

Total do Lote n° 20: R$_____(_____)

21	25.497	UN	1	CANETA ALTA ROTAÇÃO CABEÇA PEQUENA INFANTIL			
	20.555	UN	3	CANETA DE ALTA-ROTAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO INOX. TURBINA BALANCEADA, ELIMINANDO AS VIBRAÇÕES. RUÍDO MÁXIMO DE 70 DB. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C RESISTINDO A PELO MENOS 1.000 CICLOS EM AUTOCLAVE. VELOCIDADE VARIANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 280.000 E 380.000 RPM. PRESSÃO DE AR DE 32 LIBRAS-2,2 BAR. SISTEMA DE SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA DA BROCA, COM SIMPLES TOQUE NA PARTE POSTERIOR DA CABEÇA DA PEÇA DE MÃO. ENCAIXE TIPO BORDEN. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA PONTA ATIVA DA BROCA COM SPRAY TRIPLO. TURBINAS SOBRE MANCAIS DE BORRACHA QUE AUMENTAM A VIDA ÚTIL DOS ROLAMENTOS. A EMPRESA FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICADOS ISO 9.001 E ISO 13.485. O PRODUTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.			
	20.556	UN	3	CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO EM LATÃO, ALUMÍNIO E AÇO INOX. SISTEMA INTRA PARA ACOPLAMENTO NO MICRO MOTOR. ROTAÇÃO MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 20.000 RPM. TROCA-BROCA POR FECHO. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO 1:1 COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO. CABEÇA REDUZIDA QUE PROPICIA MAIOR COMODIDADE OPERACIONAL . GIRO DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C (RESISTE A PELO MENOS 1.000 CICLOS EM AUTOCLAVE). A EMPRESA FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICADOS ISO 9.001 E ISO 13.485. O PRODUTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.			
	20.551	UN	3	MICROMOTOR ODONTOLÓGICO COM ALTO TORQUE PARA PRÓTESES, POLIMENTOS, PREPARAÇÃO DE CONDUTOS E PROFILAXIA. ROTAÇÃO CONTROLÁVEL DE 3.000 E 18.000 RPM, COM POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. SISTEMA INTRA PARA ACOPLAMENTO DO CONTRA-ÂNGULO E DA PEÇA RETA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°. A EMPRESA FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICADOS ISO 9.001 E ISO 13.485. O PRODUTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.			

	20.557	UN	3	PEÇA RETA ODONTOLÓGICA, COM SISTEMA INTRA PARA ACOPLAMENTO NO MICRO MOTOR. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE ROTAÇÃO 1:1 COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. ROTAÇÃO MÁXIMA DE APROXIMADAMENTE 20.000 RPM. SISTEMA DE PINÇA QUE GARANTE A FIXAÇÃO DA BROCA. GIRO DE 360° SOBRE O MICRO MOTOR EVITANDO TENSÕES NA MÃO DO OPERADOR. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. A EMPRESA FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICADOS ISO 9.001 E ISO 13.485. O PRODUTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.			

Total do Lote n° 21: R$_____(_____)

22	20.560	UN	1	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, 2 PISTÕES, LUBRIFICADO, MONOFÁSICO. DESLOCAMENTO TEÓRICO DE PELO MENOS 15 PÉS³/MIN, 425 L/MIN. PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE PELO MENOS 120 LBF/POL². MOTOR DE 2 PÓLOS COM PELO MENOS 3 HP DE POTÊNCIA. UNIDADE COMPRESSORA COM 1 ESTÁGIO. RESERVATÓRIO DE AR COM CAPACIDADE DE PELO MENOS 150 LITROS. O PRODUTO DEVE POSSUIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS.			
	20.625	UN	3	FILTRO PARA COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO, COPO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO, CLASSE 6C, ELEMENTO COALESCENTE. EQUIPADO COM 02 REGISTROS DE ¼" BSP MACHO E MANÔMETRO CALIBRADO ATÉ 160 LBS/POL². SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA CONTRA OSCILAÇÃO BRUSCA DE PRESSÃO. DRENAGEM AUTOMÁTICA. SISTEMA CENTRÍFUGO DE FILTRAGEM COM REFIL DE 50 MICRA.			

Total do Lote n° 22: R$_____(_____)

23	25.645	UN	16	CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA FM			
	25.643	CX	40	CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA R8			
	25.644	UN	60	CONE ACESSÓRIO DE GUTA PERCHA XF			
	1.197	CX	20	CONE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE MINERAL DE 15 A 40			
	1.200	CX	20	CONE DE GUTA PERCHA ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE MINERAL DE 45 A 80			
	27.465	CX	10	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 30			
	27.464	CX	6	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO F			
	20.998	CX	16	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO FM N° 4			
	27.463	CX	6	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO MF			
	20.999	CX	40	CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R7			
	25.640	UN	20	CONE PRINCIPAL DE GUTA PERCHA N° 25 C/ 120 UNIDADES			

Total do Lote n° 23: R$_____(_____)

24	30.140	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 55 - CAIXA C/ 120 UNID			
	30.136	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 30 - CAIXA C/ 120 UNID			
	30.137	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 35 - CAIXA C/ 120 UNID			
	30.138	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 40 - CAIXA C/ 120 UNID			
	30.139	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 50 - CAIXA C/ 120 UNID			

	30.141	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 60 - CAIXA C/ 120 UNID			
	30.142	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 70 - CAIXA C/ 120 UNID			
	30.143	CX	6	CONE DE PAPEL ABSORVENTE ODONT. Nº 80 - CAIXA C/ 120 UNID			
	21.000	CX	130	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA ODONTOLOGIA 1ª SÉRIE			
	21.001	CX	50	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA ODONTOLOGIA 2ª SÉRIE			

Total do Lote n° 24: R$_____(_____)

25	25.511	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLI METILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° 266 COR 66.			
	25.513	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLI METILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° 2D COR 66.			
	25.515	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLI METILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° 30M COR 66.			
	25.518	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLI METILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° 32M COR 66.			
	25.520	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLIMETILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° 34M COR 66.			
	25.522	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLIMETILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° 3M COR 66.			
	25.524	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLIMETILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° A25 COR 66.			
	25.526	CJ	200	CONJUNTO DE DENTES BOCA INTEIRA CONFECCIONADOS EM POLIMETILMETACRILATO, DIMETACRILATO DE ETILENOGLICOL (EDMA) POLIMERIZADO, FLUORESCENTE, PIGMENTOS BIOCOMPATÍVEIS N° A26 COR 66.			

Total do Lote n° 25: R$_____(_____)

26	25.485	CJ	1	CONJUNTO ODONTOLÓGICO COMPOSTO DE: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM APOIO DE BRAÇOS FIXOS EM AMBOS OS LADOS DA CADEIRA, FORMATO ANATÔMICO RESPEITANDO A ERGONOMIA, BASE EM CHAPA DE AÇO COM ISOLAMENTO EM PVC, FIXADA AO PISO, COM MOVIMENTOS ACIONADOS POR MOTO REDUTORES ELÉTRICOS TOTALMENTE ISENTOS DE ÓLEO, CORRENTE CONTÍNUA DE 24 VOLTS, ESTOFAMENTO INJETADO EM POLIURETANO FLEXÍVEL, REVESTIDO COM LAMINADO DE PVC SEM COSTURAS, CABECEIRA STANDART ARTICULADA QUE PERMITE INCLINAÇÃO DO APOIO DA CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA, CADEIRA CONTENDO 5 MOVIMENTOS SENDO 4 INDIVIDUAIS E UM AUTOMÁTICO(VOLTA A ZERO PROGRAMADA), ACIONAMENTOS DO MOVIMENTO DA CADEIRA FEITOS ATRAVÉS DO COMANDO DE PÉ, INDEPENDENTE E MÓVEL COM FUNÇÕES INTEGRADAS, TENSÃO DE REDE DE 220V, 127V, E 110V, FREQÜÊNCIA DE REDE DE 50/60HZ. EQUIPO TIPO CART DOTADO DE TRÊS MANGUEIRAS SENDO: UMA SERINGA TRÍPLICE, UMA			

				MANGUEIRA PARA BAIXA ROTAÇÃO E UMA MANGUEIRA PARA ALTA ROTAÇÃO E EM SILICONE, COM CONEXÃO BORDEN DE DOIS FUROS DISPONDO DE SISTEMA DE REGULAGEM DO SPRAY TIPO ANELAR, SUPORTE DAS MANGUEIRAS FIXO SUPORTANDO ATÉ QUATRO PONTAS, FUNÇÕES DOS INSTRUMENTOS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ACIONADOS POR COMANDO DE PÉ E PROGRESSIVO, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO UV. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA , REBATÍVEL EM 90º, COM TUBULAÇÃO TODA EMBUTIDA, SEM MANGUEIRA CORRUGADA, ESTRUTURA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA INJETADO, COM PROTEÇÃO UV, PEÇA ÚNICA INTEGRADA AO SUPORTE DAS MANGUEIRAS, SUPORTE PARA COPO, CUSPIDEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, REMOVÍVEL COM PORTA DETRITOS SÓLIDOS, SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ÁGUA PARA ENXÁGÜE DA CUSPIDEIRA REGULADO ATRAVÉS DE REGISTRO, ACOMPANHADA DE SUGADOR DE 6,3 MM ACIONADO POR SISTEMA VENTURI. REFLETOR ODONTOLÓGICO DOTADO DE LÂMPADA HALÓGENA DE FÁCIL TROCA, COM COR DE ILUMINAÇÃO DE 5.000°K(COR DA LUZ DO DIA), LUZ FRIA COM INTENSIDADE DE 20.000 LUX, PEGA MÃO FIXO E DUPLO, DOTADO DE BATENTE PARA EVITAR ROMPIMENTO DE CABOS ELÉTRICOS, CABEÇOTE INJETADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA, ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ NO COMANDO DE PÉ, INDEPENDENTE DE FUNÇÕES INTEGRADAS E MÓVEL, COR CINZA GLACIAL, GARANTIA DE 24 MESES QUE CUBRA PEÇAS E MÃO DE OBRA.			

Total do Lote n° 26: R$_____(_____)

27	24.786	CX	350	ESCOVA DENTAL TIPO ADOLESCENTE/ADULTO, CERDAS MACIAS, DE NYLON, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS, COM 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS. ESCOVA COMPACTA, CABEÇA ARREDONDADA, CABO OPACO, ANATÔMICO, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO CERCA DE 16,5 CM, COM A MARCA IMPRESSA NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 97/1996. A ESCOVA DEVE SER PERSONALIZADA NO CABO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E A SEGUINTE FRASE: "PREFEITURA DE PATOS DE MINAS - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL". EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM SAQUINHO PLÁSTICO E ACONDICIONADAS EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.			
	24.785	CX	150	ESCOVA DENTAL TIPO INFANTIL, CERDAS MACIAS, DE NYLON, COM 03 FILEIRAS DE TUFOS, COM 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS. ESCOVA COMPACTA, CABEÇA ARREDONDADA, CABO OPACO, ANATÔMICO, EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO CERCA DE 15 CM, COM A MARCA IMPRESSA NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA (ABO) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ANVISA, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 97/1996. A ESCOVA DEVE SER PERSONALIZADA NO CABO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E A SEGUINTE FRASE: "PREFEITURA DE PATOS DE MINAS - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL". EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM SAQUINHO PLÁSTICO E ACONDICIONADAS EM CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES.			

Total do Lote n° 27: R$_____(_____)

28	30.247	JG	25	ESPAÇADORES DIGITAIS PARA USO ODONTOLÓGICO - JOGO COM 4 UNIDADES, SENDO(A - AMARELO, B - VERMELHO, C - AZUL, D - VERDE)			

	27.291	UN	90	EXTIRPA NERVO 25/60 21 MM			

Total do Lote n° 28: R$_____(_____)

29	30.144	CX	12	LIMA HEDSTROEN DE 15 A 40 DE 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.			
	30.145	CX	12	LIMA HEDSTROEN DE 15 A 40 DE 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.			
	30.147	CX	12	LIMA HEDSTROEN DE 45 A 80 DE 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.			
	30.146	CX	12	LIMA HEDSTROEN DE 45 A 80 DE 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.			
	27.501	CX	12	LIMA HEDSTROEN N° 15 DE 21MM - CAIXA C/ 6 UNIDADE			
	24.985	CX	12	LIMA HEDSTROEN N° 15 DE 25MM - CAIXA C/ 6 UNIDADES			
	27.503	CX	12	LIMA HEDSTROEN N° 45 DE 21MM - CAIXA C/ 6 UNIDADES			
	27.502	CX	12	LIMA HEDSTROEN N° 45 DE 25MM			

Total do Lote n° 29: R$_____(_____)

30	30.148	CX	10	LIMA TIPO FLEXOFILE DE 15 A 40 DE 21 MM - CAIXA C/ 6 UNID.			
	30.149	CX	10	LIMA TIPO FLEXOFILE DE 45 A 80 DE 25 MM - CAIXA C/ 6 UNID.			

Total do Lote n° 30: R$_____(_____)

31	19.278	CX	12	LIMA TIPO KERR PARA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, Nº 45 A 80, 21MM - CAIXA C/ 6 UNIDADES			
	30.150	CX	12	LIMA TIPO KERR 3º SÉRIE Nº 90 A 140 C/ 6 UNID.			
	19.394	CX	32	LIMA TIPO KERR 31 MM - Nº 45 A 80 - CAIXA COM 06 UNIDADES			
	30.151	CX	12	LIMA TIPO KERR Nº 08, 21 MM C/ 6 UNID.			
	9.706	CX	44	LIMA TIPO KERR Nº 15 A 40,21 MM - CX. C/06UN.			
	9.707	CX	44	LIMA TIPO KERR Nº 15 A 40,25 MM - CX.C/06UN.			
	9.708	CX	20	LIMA TIPO KERR Nº 15 A 40,31 MM - CX.C/06UN.			
	30.152	CX	20	LIMA TIPO KERR Nº 15, 21 MM C/ 6 UNID.			
	30.153	CX	20	LIMA TIPO KERR Nº 15, 25 MM C/ 6 UNID.			
	30.154	CX	35	LIMA TIPO KERR Nº 20, 21 MM C/ 6 UNID.			
	30.155	CX	35	LIMA TIPO KERR Nº 20, 25 MM C/ 6 UNID.			
	30.156	CX	35	LIMA TIPO KERR Nº 25, 21 MM C/ 6 UNID.			
	30.157	CX	35	LIMA TIPO KERR Nº 25, 25 MM C/ 6 UNID.			
	1.302	CX	32	LIMA DE KERR 25MM DE 15 A 40 - CAIXA COM 6 UNIDADES			
	1.303	CX	12	LIMA DE KERR 25MM DE 45 A 80 - CAOXA COM 6 UNIDADES			

Total do Lote n° 31: R$_____(_____)

32	19.279	UN	180	FIO CIRÚRGICO DE SUTURA, CARRETEL DE 5 M, FRASCO COM SOLUÇÃO ESTÉRIL			
	1.275	PC	15	FIO SUTURA CATEGUTE CROMADO 2.0 C/ AGULHA			
	1.282	PC	15	FIO SUTURA CATEGUTE SIMPLES 3.0 C/ AGULHA			
	1.289	PC	36	FIO SUTURA NYLON MONOFILAMENTO Nº 4-0			

Total do Lote n° 32: R$_____(_____)

33	27.512	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 00			
	27.511	UN	5	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 201			
	27.510	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 204			
	25.051	UN	5	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 205			
	20.492	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 206			
	25.052	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 208			
	20.493	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 210			
	24.993	UN	30	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 212.			
	20.491	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 26			
	20.494	UN	30	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° W8A			
	24.992	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO PARA DIQUE DE BORRACHA N° 14 A.			
	30.246	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO Nº 14			
	18.207	UN	20	GRAMPO DE ISOLAMENTO Nº 203			
	30.245	UN	10	GRAMPO DE ISOLAMENTO Nº 204 - INFANTIL			
	18.208	UN	20	GRAMPO DE ISOLAMENTO Nº 207			
	18.209	UN	47	GRAMPO DE ISOLAMENTO Nº 209			
	27.469	UN	15	GRAMPO DE ISOLAMENTO Nº 211			

Total do Lote n° 33: R$_____(_____)

34	1.308	FR	25	LIMALHA DE PRATA PARA AMÁLGAMA, CORTE ULTRA-FINO, APRESENTANDO FÓRMULA COM 70% DE PRATA, 26% DE ESTANHO, 3% DE COBRE E 1% DE ZINCO - FRASCO C/30 GR.			
	7.370	PT	2	LIMALHA DE PRATA, CÁPSULA COM 1 PORÇÃO, PRESA REGULAR - POTE C/500 UNID.			
	7.371	PT	1	LIMALHA DE PRATA, CÁPSULA COM 2 PORÇÕES, PRESA REGULAR - POTE C/500 UN.			

Total do Lote n° 34: R$_____(_____)

35	20.853	UN	6	MESA AUXILIAR TIPO CART, CONFECCIONADA EM MDF COM UMA PRATELEIRA, PUXADORES LATERAIS EM FORMA DE ARCO, COM 4 RODÍZIOS, ALTURA TOTAL DE 0,80 METROS, LARGURA 0,40METROS, PROFUNDIDADE DE 0,40 METROS.			

Total do Lote n° 35: R$_____(_____)

36	20.617	UN	6	MOCHO ODONTOLÓGICO COM ENCOSTO. MOVIMENTOS DE ASSENTO E ENCOSTO ACIONADOS ATRAVÉS DE ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, COM ALTURA REGULÁVEL APROXIMADAMENTE ENTRE 450 E 550 MM. APROXIMADAMENTE 5 RODÍZIOS DUPLOS. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS ANATOMICAMENTE E SEM COSTURAS, COR CINZA CLARO.			

Total do Lote n° 36: R$_____(_____)

37	20.619	UN	6	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO DE PAREDE, 110V, FABRICADO EM AÇO TRATADO E PINTADO, PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO, ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE 2 LÂMPADAS DE 15W, ACIONADAS POR REATORES CONVENCIONAIS OU ELETRÔNICOS. ACENDIMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR. DIMENSÕES DE 33X7X33 CM.			

Total do Lote n° 37: R$_____(_____)

38	5.732	FR	60	ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL, SPRAY, PARA ALTA ROTAÇÃO - FRASCO C/100 ML (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO)			
	5.733	FR	62	ÓLEO LUBRIFICANTE, MINERAL, SPRAY, PARA BAIXA ROTAÇÃO - FRASCO C/100 ML (APRESENTAR LAUDO TÉCNICO)			

Total do Lote n° 38: R$_____(_____)

39	14.539	TB	52	RESINA FOTO MICROHÍBRIDA, RADIOPACA, TUBO COM 5 GRAMAS, CONTENDO 79% DE MATERAL INORGÂNICO POR PESO (59% POR VOLUME), COM PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MC NA COR A1			
	1.464	TB	64	RESINA FOTO MICROHÍBRIDA, RADIOPACA, TUBO COM 5 GRAMAS, CONTENDO 79% DE MATERAL INORGÂNICO POR PESO (59% POR VOLUME), COM PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MC NA COR A2			
	6.178	TB	10	RESINA FOTO MICROHÍBRIDA, RADIOPACA, TUBO COM 5 GRAMAS, CONTENDO 79% DE MATERIAL INORGÂNICO POR PESO (59% POR VOLUME), COM PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MC NA COR A3,5			
	6.022	UN	25	RESINA FOTO MICROHÍBRIDA, RADIOPACA, TUBO COM 5 GRAMAS, CONTENDO 79% DE MATERIAL INORGÃNICO POR PESO (59% POR VOLUME), COM PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO DE 0,6MC, NA COR A3			
	6.179	UN	6	RESINA FOTO MICROHÍBRIDA, RADIOPACA, TUBO COM 5 GRAMAS, CONTENDO 79% DE MATERIAL INORGÂNICO POR PESO (59% POR VOLUME), COM PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO DE 0,6MC, NA COR B1			
	14.540	TB	10	RESINA FOTO MICROHÍBRIDA, RADIOPACA, TUBO COM 5 GRAMAS, CONTENDO 79% DE MATERAL INORGÂNICO POR PESO (59% POR VOLUME), COM PARTÍCULAS DE TAMANHO MÉDIO DE 0,6 MC NA COR B2			

Total do Lote n° 39: R$_____(_____)

40	6.163	FR	65	FIXADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO - FRASCO C/475ML.			
	1.047	FR	95	REVELADOR DE USO ODONTOLÓGICO - FRASCO C/475ML.			

Total do Lote n° 40: R$_____(_____)

41	20.536	CX	190	AGULHA DESCARTÁVEL 30G CURTA – CAIXA C/ 100 UNIDADES			
	17.566	CX	25	AGULHA ODONTO EXTRA CURTA - CAIXA C/100 UNIDADES			

Total do Lote n° 41: R$_____(_____)

42	1.114	EN	58	AGULHA PARA SUTURA, FUNDO FALSO, TRIANCULAR GR-13 - ENVELOPE C/12 UNID.			
	30.134	EN	6	AGULHA PARA SUTURA GR 14 ENVELOPE COM 12			

Total do Lote n° 42: R$_____(_____)

43	22.314	EN	30	ALGINATO PARA IMPRESSÃO LIVRE DE POEIRA, TIPO II PRESA NORMAL, ALTA PRECISÃO, REPRODUZIR DETALHES COM MENOS DE 50 MICRONS DE ESPESSURA, 3% DE DEFORMAÇÃO PERMANENTE, ENVELOPE DE 410 G.			

Total do Lote n° 43: R$_____(_____)

44	1.123	CX	480	ANESTÉSICO INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO A BASE DE LIDOCAÍNA A 3% E NOREPINEFRINA - CAIXA COM 50 TUBETES			
	4.781	CX	80	ANESTÉSICO INJETÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO, BASE DE PRILOCAÍNA A 3% E FELIPRESSINA 0,03UL/ML - CX.C/50 TUBETES			
	20.538	CX	45	ANESTÉSICO INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA 2% E NOREPINEFRINA 0,18UL/ML – CAIXA COM 50 TUBETES			

Total do Lote n° 44: R$_____(_____)

45	19.273	PC	80	AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM "NÃO TECIDO", DE COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 40 MICRONS, MANGAS CURTAS, TAMANHO ÚNICO, DOTADO DE 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO POSTERIOR. PC. C/ 10 UNIDADES			
	19.272	PC	105	AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM "NÃO TECIDO", DE COR BRANCA, COM GRAMATURA DE 40 MICRONS, MANGAS CURTAS, TAMANHO ÚNICO, DOTADO DE 4 TIRAS PARA AMARRAÇÃO POSTERIOR. PC. C/ 10 UNIDADES			
	19.281	CX	10	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM TRIPLA CAMADA (COM FILTRO BACTERIANO), NA COR BRANCA, TIPO ELÁSTICO, ANTI-ALÉRGICA, HIDRO-REPELENTE. CX. C/ 50 UNIDADES			
	19.280	PC	43	TOUCAS DESCARTÁVEIS DE ALTA QUALIDADE, CONFECCIONADA EM "NÃO-TECIDO" GRAMATURA 20 MICRONS, SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRA-SOM, NA COR BRANCA, AJUSTÁVEIS A QUALQUER TAMANHO DE CABEÇA - PACOTE C/ 100 UNIDADES			

Total do Lote n° 45: R$_____(_____)

46	27.300	UN	42	BRINDE ODONTOLÓGICO, TIPO BORRACHA EM FORMATO DE DENTE, PACOTE COM 100 UNIDADES			

	27.303	UN	6	BRINDE ODONTOLÓGICO, TIPO ADESIVO COM MOTIVO ODONTOLOGICO - PACOTE COM 100 UNIDADES			
	27.301	UN	6	BRINDE ODONTOLÓGICO, TIPO RÉGUA TEMÁTICA - PACOTE COM 100 UNIDADES			

Total do Lote n° 46: R$_____(_____)

47	19.284	KT	30	CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, PASTA BASE COMPOSTA DE ÉSTER GLICOL SALICILATO, FOSFATO DE CÁLCIO, TUNGSTATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS; PASTA CATALISADORA COMPOSTA DE ETILTOLUENO SULFONAMIDA, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, DIÓXIDO DE TITÃNIO, ESTEARATO DE ZINCO E SAIS MINERAIS. KIT CONTENDO 1 TUBO DE PASTA BASE 13G, 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA 11G E 1 BLOCO DE MISTURA			
	20.542	FR	4	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO PÓ FRASCO DE 28 GRS.			
	20.543	FR	4	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PARA CIMENTAÇÃO LÍQUIDO FRASCO 10 ML			
	1.296	CX	20	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA FORRAMENTO, RADIOPACO COM 2 TUBOS, BASE E CATALIZADOR			
	19.937	KT	120	MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO ODONTOLÓGICO - KIT COM 01(UM)FRASCO DE PÓ COM 40 GRAMAS E 01 (UM) FRASCO DE LÍQUIDO COM 15 ML.			

Total do Lote n° 47: R$_____(_____)

48	27.563	UN	2	CIMENTO MTA - REPARADOR BRANCO POTE DE 01 GRAMA			
	19.285	KT	16	CIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, LÍQUIDO CONTENDO EUGENOL; PÓ CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE BÁRIO E RESINAS. CAIXA CONTENDO 1 FRASCO DE 10 ML DE LÍQUIDO E 1 FRASCO COM 12 G DE PÓ			
	21.002	PT	6	CREME ENDO PTC			

Total do Lote n° 48: R$_____(_____)

49	27.296	UN	17	CONJUNTO DE PONTAS P/ ULTRASON PROFI II "DABI ATLANTE"			

Total do Lote n° 49: R$_____(_____)

50	7.129	UN	1.415	CREME DENTAL COM FLÚOR - TUBO COM 90 GRAMAS.			
	27.484	UN	50	CREME DENTAL SEM FLÚOR - TUBO C/90G			

Total do Lote n° 50: R$_____(_____)

51	18.201	UN	18	ESPELHO BUCAL COM CABO Nº 05			
	1.252	UN	60	ESPELHO BUCAL SEM CABO Nº5 COM MARCA IMPRESSA NO VERSO			
	6.158	UN	500	ESPELHO CLÍNICO, Nº05 COM MARCA IMPRESSA NO VERSO			

Total do Lote n° 51: R$_____(_____)

52	14.528	CX	62	FILME PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA C/150 UNID.			
	6.162	CX	24	FILME RADIOGRÁFICO, INFANTIL, USO ODONTOLÓGICO - CX.C/150UN.			

Total do Lote n° 52: R$_____(_____)

53	19.287	FR	156	FLÚOR GEL FOSFATO ACIDULADO A 1,23% PARA USO TÓPICO, 60 SEGUNDOS, SABORES TUTTI-FRUTTI E MENTA - FRASCO C/ 200ML			

Total do Lote n° 53: R$_____(_____)

54	9.701	KT	50	IONÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO - KIT PÓ E LÍQUIDO			
	27.485	UN	4	IONÔMETRO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL RADIOPACO KIT CONTENDO: PÓFLUORALUMINIOSILICAT, MICROPARTÍCULAS DE PERSULFATO DE POTÁSSIO E ÁCIDO ASCÓRBICO; LÍQUIDO-SOLUÇÃO DE ÁCIDO POLICARBOXILATO, PRIMERCOPOLÍMERO, HEMA E ETANOL.			

Total do Lote n° 54: R$_____(_____)

55	5.726	KT	123	AGENTE DE UNIÃO, MULTI-USO, COM FLÚOR FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA - KIT COM 2 FRASCOS DE 4 ML CADA			
	19.936	KT	52	SELANTE PARA FÓSSULAS/FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL - KIT COM 2 (DUAS) SERINGAS DE 2,5 GRAMAS CADA.			

Total do Lote n° 55: R$_____(_____)

56	27.490	UN	15	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 701 - 3ª SÉRIE - TRONCO CÔNICA			
	27.491	UN	15	BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 702 - 3ª SÉRIE - TRONCO CÔNICO			
	30.205	UN	15	BROCA ALTA ROTAÇÃO ZECREA HASTE LONGA 28 MM			
	30.133	UN	20	BROCA CARBIDE TRONCO CONICA AR Nº 703 C			
	30.195	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 774			

Total do Lote n° 56: R$_____(_____)

57	30.203	UN	15	BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ANGULO Nº 2 C			
	30.204	UN	15	BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ANGULO Nº 4 C			
	30.201	UN	15	BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ANGULO Nº 6 C			
	30.202	UN	15	BROCA BAIXA ROTAÇÃO PARA CONTRA ANGULO Nº 8 C			

Total do Lote n° 57: R$_____(_____)

58	30.164	UN	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ANGULO 1/2			
	30.165	UN	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ANGULO Nº 1			
	30.166	UN	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ANGULO Nº 2			
	30.167	UN	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ANGULO Nº 4			
	30.168	UN	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ANGULO Nº 6			
	30.169	UN	15	BROCA CARBIDE PARA CONTRA ANGULO Nº 8			

Total do Lote n° 58: R$_____(_____)

59	1.138	UN	80	BROCA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO Nº 2			
	1.140	UN	80	BROCA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO Nº 4			
	1.141	UN	80	BROCA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO Nº 5			
	1.142	UN	80	BROCA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO Nº 6			
	1.143	UN	80	BROCA DE AÇO INOX BAIXA ROTAÇÃO Nº 8			

Total do Lote n° 59: R$_____(_____)

60	14.523	UN	40	BROCA GATES Nº 01			
	14.524	UN	40	BROCA GATES Nº 02			
	14.525	UN	40	BROCA GATES Nº 03			
	27.452	UN	40	BROCA GATES Nº 04			
	27.453	UN	40	BROCA GATES Nº 05			
	27.454	UN	40	BROCA GATES Nº 06			

Total do Lote n° 60: R$_____(_____)

61	27.456	UN	40	BROCA LARGO PARA ENDO 32MM Nº 1			
	27.457	UN	40	BROCA LARGO P/ ENDO 32MM Nº 2			
	27.455	UN	40	BROCA LARGO PARA ENDO 32MM Nº 3			
	27.458	UN	40	BROCA LARGO P/ ENDO 32MM Nº 4			

Total do Lote n° 61: R$_____(_____)

62	27.567	KT	6	LÊNTULO 1ª SÉRIE 25 MM			

Total do Lote n° 62: R$_____(_____)

63	1.148	UN	15	BROCA CARBIDE Nº 330			
	1.149	UN	65	BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, Nº556			

	1.160	UN	40	BROCA CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1557			

Total do Lote n° 63: R$_____(_____)

64	20.990	UN	20	BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO N° 1016			
	30.196	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 HL			
	30.184	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013			
	30.185	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1019			
	30.186	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1046			
	30.189	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1062			
	30.187	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092			
	30.188	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1095			
	30.197	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1111			
	30.190	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1151			
	30.171	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 F			
	30.172	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 FF			

Total do Lote n° 64: R$_____(_____)

65	30.124	UN	10	BROCA DIAMANTADA CONE INVERTIDO AR Nº1034			
	30.123	UN	10	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA AR Nº 1014 HL			
	6.020	UN	15	BROCA DIAMANTADA Nº 1016			
	1.157	UN	50	BROCA DIAMANTADA Nº 1312			
	30.128	UN	10	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº 1190			

Total do Lote n° 65: R$_____(_____)

66	14.516	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1016 HL			
	1.165	UN	95	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº1011			
	9.692	UN	45	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1014			
	14.773	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1031			
	9.693	UN	45	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1033			
	1.163	UN	95	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1090			
	14.512	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1091			
	1.155	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº1190			
	1.167	UN	60	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 1342			
	27.425	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº1012			

	1.166	UN	60	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA Nº 1013			

Total do Lote n° 66: R$_____(_____)

67	20.992	UN	15	BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO N° 3070			
	20.994	UN	15	BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO N° 3195 FF			

Total do Lote n° 67: R$_____(_____)

68	30.193	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2134 FF			
	30.192	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2134			
	30.191	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135			
	30.198	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3083			
	30.174	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168 FF			
	30.173	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3168			
	30.170	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 F			
	30.194	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3227			

Total do Lote n° 68: R$_____(_____)

69	30.129	UN	20	BROCA DIAMANTADA AR CHAMA DE VELA Nº 3118			

Total do Lote n° 69: R$_____(_____)

70	30.125	UN	10	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº3071 G			
	30.126	UN	10	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº3083			
	30.127	UN	10	BROCA DIAMANTADA TRONCO CONICA Nº 3195			

Total do Lote n° 70: R$_____(_____)

71	14.514	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 2135 F DOURADA			
	14.515	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 3118 F			
	1.162	UN	50	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118 FF			
	14.518	UN	15	BROCA DIAMANTADA, ALTA ROTAÇÃO, Nº 3071			

Total do Lote n° 71: R$_____(_____)

72	30.209	UN	15	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 4			
	30.206	UN	15	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 6			
	30.207	UN	15	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 8			

	30.130	UN	15	BROCA CARBIDE AR Nº 02			
	30.132	UN	15	BROCA CARBIDE AR Nº ½			
	30.131	UN	15	BROCA CARBIDE AR Nº 04			
	1.146	UN	15	BROCA CARBIDE Nº 1/4			

Total do Lote n° 72: R$_____(_____)

73	30.175	UN	15	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO Nº 2 C			
	30.176	UN	15	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO Nº 4 C			
	30.177	UN	15	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO Nº 6 C			
	30.178	UN	15	BROCA CARBIDE CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO Nº 8 C			

Total do Lote n° 73: R$_____(_____)

74	30.179	UN	15	BROCA CARBIDE PEÇA DE MÃO Nº 701			
	30.180	UN	15	BROCA CARBIDE PEÇA DE MÃO Nº 702			
	30.181	UN	15	BROCA CARBIDE PEÇA DE MÃO Nº 703			
	30.183	UN	15	BROCA CARBIDE PEÇA DE MÃO Nº 8 C			
	30.182	UN	15	BROCA CARBIDE PEÇA DE MÃO Nº 8			
	30.158	UN	10	MANDRIL (COM FENDA)PEÇA DE MÃO PARA LABORATÓRIO DE PRÓTESE			

Total do Lote n° 74: R$_____(_____)

75	30.208	UN	15	BROCA CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 152 EZ			
	30.199	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 151 Z			
	30.200	UN	15	BROCA DIAMANTADA ALTA ROTAÇÃO Nº 199 Z			

Total do Lote n° 76: R$_____(_____)

76	27.293	UN	4	BROCA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE AMÁLGAMA MULTILAMINADA - KIT COM 3 (TRÊS) BROCAS.			
	1.171	UN	50	BROCA SHOFU PIRAMIDAL			
	14.533	UN	10	MANDRIL PEQUENO PARA DISCO DE LIXA			

Total do Lote n° 76: R$_____(_____)

77	20.980	PC	200	BICO ASPIRADOR DESCARTÁVEL P/ CIRURGIA			
	5.140	PC	580	SUGADOR DE SALIVA DESCARTÁVEL, COM FIO DE COBRE INTERNO - PCT.C/40UN.			

Total do Lote n° 77: R$_____(_____)

78	30.115	L	50	DESINCRUSTANTE PARA INSTRUMENTAL - LITRO			

Total do Lote n° 79: R$_____(_____)

79	19.291	CX	250	DIQUE DE BORRACHA PARA O ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, À BASE DE LÁTEX TIPO 1, ESPESSURA MÉDIA, ISENTA DE TALCO, AROMATIZADA E RESISTENTE - CAIXA COM / 26 FOLHAS.			

Total do Lote n° 79: R$_____(_____)

80	30.135	UN	100	CABO PARA REFIL DE ESCOVA INTERDENTAL			
	21.004	UN	150	ESCOVA DENTAL 2 TUFOS (TIPO BITUFO)			
	27.565	KT	30	ESCOVA INTERDENTAL COM CERDAS MACIAS EM FORMATO CÔNICA FINA E LONGA - KIT COM 10 UNIDADES			
	27.566	KT	30	ESCOVA INTERDENTAL COM CERDAS MACIAS EM FORAMTO CÔNICA GROSSA E LONGA - KIT COM 10 UNIDADES			
	21.009	CX	10	PASSA FIO DENTAL PLÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES			

Total do Lote n° 80: R$_____(_____)

81	13.731	FR	30	FUCCINA 0,25% - FRASCO COM 01 LITRO			
	7.528	FR	12	FUCCINA 0,5%, FRASCO DE 1 LITRO			
	17.895	UN	50	SOLUÇÃO FLUORETADA A 0,02%			

Total do Lote n° 81: R$_____(_____)

82	20.544	CX	53	ENVELOPE AUTO-SELANTE PAPEL/PLÁSTICO 140X290MM CAIXA COM 200 UNIDADES			

Total do Lote n° 82: R$_____(_____)

83	24.735	CX	50	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO LIOFILIZADO - CX.C/ 10 UNIDADES			

Total do Lote n° 83: R$_____(_____)

84	15.306	FR	288	GLUTARALDEÍDO NÃO ATIVADO - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1000ML			

Total do Lote n° 84: R$_____(_____)

85	24.393	UN	5	LÂMPADA HALÓGENA PARA APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLÓGICO, 12VCA, 75W, DIÂMETRO DE APROXIMADAMENTE 35 MM. AS SEGUINTES INFORMAÇÕES DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA PRÓPRIA LÂMPADA: MARCA, MODELO, VOLTAGEM, POTÊNCIA E PAÍS DE ORIGEM DO PRODUTO. NA CAIXA QUE EMBALA O PRODUTO, ALÉM DAS INFORMAÇÕES CITADAS ANTERIORMENTE, DEVERÁ ESTAR IMPRESSA "HALÓGENA" OU PALAVRA CORRESPONDENTE EM OUTRO IDIOMA.			

Total do Lote n° 85: R$_____(_____)

86	19.292	UN	53	ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO, COM HASTES FLEXÍVEIS			

Total do Lote n° 86: R$_____(_____)

87	30.161	KT	45	PASTA ZINCO-ENÓLICA COMPOSTA DE BASE: ÓXIDO DE ZINCO, ÓLEO DE MAMONA E BHT E ACELERADOR: BREU, RESINA ESTER GUM, CERA DE POLIETILENO, EUGENOL, LIMONEMO, PIGMENTO E ÁCIDO ACÉTICO - KIT			

Total do Lote n° 87: R$_____(_____)

88	27.621	KG	50	PLACA DE GODIVA (BASE) - CAIXA COM 50 UN			

Total do Lote n° 88: R$_____(_____)

89	6.183	PC	10	SACO BRANCO, LEITOSO, DE 20 LITROS, PARA COLETA DE LIXO CONTAMINADO - PACOTE C/100 UN.			

Total do Lote n° 89: R$_____(_____)

90	20.924	UN	2	ALICATE DE CUTÍCULA – TOTALMENTE EM INOX, GARANTIA DE 10 ANOS E REGISTRO NA ANVISA			

Total do Lote n° 90: R$_____(_____)

91	21.008	FR	55	GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12%, FRASCO DE 1 LITRO			

Total do Lote n° 91: R$_____(_____)

92	20.549	JG	53	JOGO DE POLIMETRO DE RESINA TIPO ENHANCE SORTIDO			
	6.180	UN	120	TAÇA DE SILICONE PARA POLIMENTO DE RESINA, COR BRANCA			

Total do Lote n° 92: R$_____(_____)

93	30.210	L	2	ACRÍLICO TERMOPOLIMERIZÁVEL LÍQUIDO - FRASCO COM 1 LITRO			
	25.471	UN	3	MUFLO COMUM DE METAL			
	21.414	TB	1	PASTA UNIVERSAL PARA POLIMENTO DE RESINA ACRÍLICA (TIPO KOTA)			

	30.159	UN	3	POTE DAPPEN DE VIDRO PARA DENTADURA COM DIÂMETRO DE ABERTURA DE 6,5 CM(TAMANHO DE UM COPO)			
	27.619	UN	2	POTE DAPPEN PLÁSTICO RESISTENTE GRANDE			
	21.416	PT	4	RESINA ACRÍLICA ROSA COR RNV COM VEIA POTE DE 1 KG			

Total do Lote n° 93: R$_____(_____)

92	30.232	UN	10	ABRIDOR DE BOCA DE BORRACHA			
	20.537	UN	30	ALMOTOLIA PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ML			
	30.212	PC	4	CORDÃO PARA LAMPARINA A ÁLCOOL - ODONTOLÓGICA - PPACOTE COM 10 UNIDADES			
	14.507	CX	25	APLICADOR TIPO MICRO BUSH - CAIXA C/50 UNID.			
	1.179	UN	10	CAMURCA P/ AMALGAMA ODONTOLOGICO - 10 X 10 CM			
	20.539	EN	300	CARBONO DUPLA FACE (AZUL / VERMELHO)EMBALAGEM COM 12 UNIDADES			

Total do Lote n° 94: R$_____(_____)

95	9.697	PC	10	CARTÃO PARA RADIOGRAFIA, 1 FURO - PCT.C/50UN.			
	9.698	UN	30	CARTÃO P/RADIOGRAFIA, 2 FUROS, PCT.C/50UN.			

Total do Lote n° 95: R$_____(_____)

96	21.003	EN	22	CUNHA DE MADEIRA SORTIDAS PARA ODONTOLOGIA			
	13.164	CX	1	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA, DE 3/4, CAIXA COM 50 UNIDADES . SENDO 5G, 15M , 15F E 15SF.			
	1.245	CX	1	DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZADO DE 1/2 COM 4 GRANULAÇÕES - CAIXA C/50 UNID. SENDO 5 G, 15 M, 15 F, 15 SF			

Total do Lote n° 96: R$_____(_____)

97	9.699	UN	20	ESCOVA DE MÃO PARA LIMPEZA DE MATERIAL			
	1.246	UN	290	ESCOVA DE ROBSON			
	1.248	UN	30	ESCOVA PARA BROCA DE DENTISTA			

Total do Lote n° 97: R$_____(_____)

98	13.250	UN	60	MATRIZ DE AÇO INOX PARA ODONTOLOGIA - 5 MM			
	13.251	UN	30	MATRIZ DE AÇO INOX PARA ODONTOLOGIA - 7 MM			

Total do Lote n° 98: R$_____(_____)

99	19.286	TB	88	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL, COMPOSTA POR ÁGUA, ESPESSANTE, LAURIL SULFATO, CARBONATO DE CÁLCIO, PEDRA-POMES, FLUORETO DE SÓDIO E AROMA ARTIFICIAL, SABORES TUTTI-FRUTTI E MENTA.			
	20.926	UN	6	PEDRA DE AFIAR INSTRUMENTAL ARKANSAS			
	9.746	PC	12	PEDRA POMES, EXTRA FINA - PCT. C/01KG			
	24.994	UN	4	PINCEL PÊLO DE MARTA N° 2			
	6.176	UN	22	PLACA DE VIDRO, USO ODONTOLÓGICO - 10MM DE ESPESSURA			
	18.213	UN	6	PORTA ALGODÃO			
	30.160	UN	23	POTE DAPPEN DE VIDRO PEQUENO P/ ODONTOLOGIA			
	18.214	UN	18	POTE DAPPEN PLÁSTICO RESISTENTE			
	30.280	UN	6	PRENDENDOR DE GUARDANAPOS DE PAPEL TIPO JACARÉ DE METAL			
	20.565	PC	30	ROLO DE ALGODÃO PARA USO ODONTOLÓGICO N° 01 25 GR PCT. C/ 100 UN.			
	21.012	UN	150	TAÇA DE BORRACHA, EMBALADA SEPARADAMENTE			
	30.116	UN	5	TAMBOREL			

Total do Lote n° 99: R$_____(_____)

100	13.256	UN	49	TIRA DE LIXA DE AÇO, 4MM - EMBALAGEM C/12 TIRAS			
	9.714	CX	30	TIRA DE LIXA COM CENTRO NEUTRO PARA RESINA - CAIXA C/50 UNID.			

Total do Lote n° 100: R$_____(_____)

101	27.483	UN	20	VERNIZ COM FLÚOR A 5% FRASCO COM 10ML			

Total do Lote n° 101: R$_____(_____)

102	19.296	CX	5	BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO EM APARELHOS DE PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO , GRANULAÇÃO EXTRA-FINA - CAIXA COM 20 ENVELOPES DE 30 GRAMAS CADA			

Total do Lote n° 102: R$_____(_____)

103	27.304	UN	1	KIT MACRO MODELO ESCOVAÇÃO (ESCOVA E MACRO MODELO) COM ARCADA SUPERIOR E INFERIOR, LÍNGUA E ARTICULADOR METÁLICO FLÉXIVEL.			

Total do Lote n° 103: R$_____(_____)

104	27.564	UN	2	SPRAY REFRIGERANTE - USO ODONTOLOGICO - TEMPERATURA -50ºC - PARA CONGELAMENTO DE PELLETS E ROLOS DE ALGODÃO - PARA ESFRIAR MATERIAIS DE IMPRESSÃO - COM TUBO DE APLICAÇÃO PARA MAIOR PRECISÃO - INODORO E ATÓXICO - SEM CFC			

Total do Lote n° 104: R$_____(_____)

105	30.482	UN	2	ESPELHO PARA ESCOVÁRIO 3 M X 50 CM COM MONTANTE DE ALUMÍNIO E BORRACHA			

Total do Lote n° 105: R$_____(_____)

106	19.288	UN	2	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL TIPO MOLT			
	20.483	UN	4	ABRIDOR DE BOCA TIPO TESOURA			
	24.989	UN	10	BRUNIDOR DE AMÁLGAMA N° 33			
	20.464	UN	33	CABO DE BISTURÍ N° 03			
	1.178	UN	35	CABO PARA ESPELHO BUCAL			
	20.485	UN	3	CAIXA INOX COM TAMPA (30 X 20 X 04 CM)			
	25.046	UN	20	CAIXA INOX COM TAMPA (18 X 08 X 04CM)			

Total do Lote n° 106: R$_____(_____)

107	30.211	UN	3	COMPASSO DE WILLIS (PARA PRÓTESE)			

Total do Lote n° 107: R$_____(_____)

108	1.186	UN	4	CONDENSADOR DE AÇO P/ AMÁLGAMA Nº 01			
	1.188	UN	4	CONDENSADOR DE AÇO P/ AMÁLGAMA Nº 02			
	1.190	UN	4	CONDENSADOR DE AÇO P/ AMÁLGAMA Nº 03			

Total do Lote n° 108: R$_____(_____)

109	20.467	UN	6	CURETA DE LUCAS N° 86			
	20.468	UN	4	DESTACA PERIÓSTEO MEAD			
	1.250	UN	42	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK P/ AMÁLGAMA Nº 3 S			
	849	UN	12	ESPÁTULA INOX PARA INSERÇÃO Nº 01			
	18.200	UN	5	ESPÁTULA INOX PARA MANIPULAÇÃO			
	21.418	UN	4	ESPÁTULA N° 07			
	21.420	UN	1	GRAL DE BORRACHA			
	20.487	UN	10	GRAMPO DE RADIOGRAFIA			
	20.477	JG	4	JOGO DE ALAVANCA SELDIN INFANTIL			
	25.510	JG	3	JOGO DE MOLDEIRAS PARA DESDENTADOS DE METAL PERFURADOS			
	25.507	UN	3	LAMPARINA ODONTOLÓGICA DE METAL			
	21.423	UN	4	LECRON			

Total do Lote n° 109: R$_____(_____)

110	6.167	UN	68	PINÇA CLÍNICA, USO ODONTOLÓGICO UNIVERSAL			
	20.756	UN	4	PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO CURVA 12 CM			
	20.479	UN	8	PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO RETA 12 CM			
	27.516	UN	14	PINÇA PORTA AGULHA TIPO MAYO 16CM			

Total do Lote n° 110: R$_____(_____)

111	13.253	UN	10	PORTA AMÁLGAMA DE METAL			
	12.858	UN	30	PORTA AMÁLGAMA DE PLÁSTICO RESISTENTE			
	13.254	UN	10	PORTA DYCAL, DUPLO, RETO, INOX			
	20.488	UN	2	PORTA MATRIZ IVORY INFANTIL			
	14.538	UN	4	RÉGUA CALIBRADORA DE CONES DE 15 A 140			
	18.215	UN	6	SACA BROCA UNIVERSAL INOX			
	13.255	UN	51	SERINGA ODONTOLÓGICA, TIPO CARPULE, EM AÇO INOX			

Total do Lote n° 111: R$_____(_____)

112	20.499	UN	4	SONDA ENDODÔNTICA			
	18.216	UN	53	SONDA EXPLORADORA DUPLA INOX Nº 05			
	30.244	UN	10	SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX			
	20.930	UN	6	SONDA MILIMETRADA			
	20.482	UN	6	SUGADOR DE SANGUE DE METAL			

Total do Lote n° 112: R$_____(_____)

113	25.055	UN	4	TESOURA EM AÇO INOX GOLDMAN-FOX RETA 13CM			

Total do Lote n° 113: R$_____(_____)

114	1.137	UN	20	BANDEJA DE AÇO INOX P/ INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO - TAM. 12 X 18 CM			

Total do Lote n° 114: R$_____(_____)

115	642	UN	15	CARIOSTÁTICO - FRASCO C/10ML			

Total do Lote n° 115: R$_____(_____)

116	25.048	FR	10	EDTA - FRASCO DE 20ML			

Total do Lote n° 116: R$_____(_____)

117	20.546	FR	2	EUCALIPTOL FRASCO COM 10 ML			

Total do Lote n° 117: R$_____(_____)

118	27.290	FR	2	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO - FRASCO COM 10 ML			

Total do Lote n° 118: R$_____(_____)

119	5.728	FR	8	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, P.A., FRASCO COM 10G			

Total do Lote n° 119: R$_____(_____)

120	27.570	UN	175	HIPOCLORITO DE SODIO A 1%, USO ODONTOLOGICO. EMBALAGEM PLASTICA DE 01 LITRO COMDADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DA FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.			

Total do Lote n° 120: R$_____(_____)

121	1.297	FR	1	IODOFÓRMIO EM PASTA - FRASCO C/10 GRAMAS			

Total do Lote n° 121: R$_____(_____)

122	9.700	FR	12	LÍQUIDO DE DARKIM - FRASCO C/1000ML.			

Total do Lote n° 122: R$_____(_____)

123	9.710	FR	25	PARAMONOCLOROFENAL CANFORADO - FRASCO C/20ML.			

Total do Lote n° 123: R$_____(_____)

124	27.471	UN	3	PASTILHA DE FORMOL 50G			

Total do Lote n° 124: R$_____(_____)

125	21.010	FR	6	POVIDINE SABÃO, FRASCO DE 500 ML			
	21.011	FR	4	POVIDINE SOLUÇÃO ALCOÓLICA, FRASCO DE 1 LITRO			

Total do Lote n° 125: R$_____(_____)

126	20.735	TB	10	RIFOMICINA - PASTA DE 10 GRAMAS PARA USO ODONTOLÓGICO			

Total do Lote n° 126: R$_____(_____)

127	6.153	UN	40	ANESTÉSICO TÓPICO, USO ODONTOLÓGICO - POTE C/12 GRAMAS			

Total do Lote n° 127: R$_____(_____)

128	20.804	UN	102	ÁCIDO FOSFÓRICO EM GEL A 37% EM SERINGA, COM CLOREXIDINA, SERINGA COM PELO MENOS 2,5 ML.			

Total do Lote n° 128: R$_____(_____)

Total Geral: R$ _____)

Observações:
- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais em seus valores unitário, sob pena de desclassificação.
- A empresa(s) vencedora(s) deverá encaminhar num prazo máximo de 03 (três) dias proposta atualizada com os valores finais.
- Não será permitido o uso de aparelhos celulares durante a fase de lances verbais.

Carimbo Padronizado

Validade da Proposta:_____/_____/_____
(no mínimo em 60 dias)

Prazo de entrega: _____(dias)
No máximo, em cinco (05) dias, após a expedição da solicitação efetuada pela Secretária Municipal de Saúde.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Assinatura:_____Data:_____/_____/_____