



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Patos de Minas/Secretaria Municipal de Saúde atendendo ao interesse público, retifica ao edital do Pregão Presencial 011/2011 - aquisição de cardiocógrafa, conforme segue:

ITEM 36.515 - CARDIOTOCÓGRAFO:

ONDE SE LÊ

REGISTRO NA ANVISA

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

APARELHO COM SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA COMPUTADOR.

SINAL DE SAÍDA PARA SINAL FHR, UC, DOPLER ORIGINAL, FM E SINAL DE ALARME

SINAL DE SAÍDA PARA CANAL DE DOPLER POR ULTRASSIM PULSANTE 1.1 MHZ DE POTÊNCIA # 1,5 MW/CM²

AFERIÇÃO DA INTENSIDADE DAS CONTRAÇÕES UTERINAS E DO CICLO DE CONTRAÇÕES

SONORIZAÇÃO DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, **EM SOM ORIGINAL, ATRAVÉS DE DOPPLER**

AFERIÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS, COM DETECÇÃO NA FAIXA ENTRE 50 E 210 BATIMENTOS POR MINUTO, COM PRECISÃO DE 0,5%, PONTO DE CALIBRAGEM 160 BPM

SINALIZAÇÃO DA INTENSIDADE DO SINAL DOS BATIMENTOS CARDÍACOS

DETECÇÃO DO FHR POR AUTO-CORRELAÇÃO INSTANTÂNEA

ALARME SELECIONÁVEL EM LIMITES INFERIOR E SUPERIOR E TEMPO DE ATRASO

ALARME SONORO DISTINTO PARA TAQUICARDIA E BRADICARDIA FETAL

SINALIZAÇÃO DO DISPLAY DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA FETAL

FONTE DE ENTRADA COM TRANSDUTOR EXTERNO COM MEDIDOR DE PRESSÃO

VISOR UC NÍVEL UC (0~100) , COM FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 0,5 HZ DC

AJUSTE PARA ZERO NA AFERIÇÃO COM TECLA DE TOQUE SIMPLES

IMPRESSORA EMBUTIDA NO APARELHO COM IMPRESSÃO PELO MÉTODO DE CABEÇA TÉRMICA (8PONTOS/MM)

LARGURA DA IMPRESSÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 80MM (50-210BPM)

LARGURA DA IMPRESSÃO DA CONTRAÇÃO UTERINA 40MM

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DE DATA, HORA E MODO DE MEDIDA.

PAPEL TERMO-SENSÍVEL

PADRÃO: #0030-022

COLORIDO: #0030-02330 METROS POR PACOTE DOBRADO EM "Z" DE 15CM DE COMPRIMENTO.

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 10MM/MIN; 20MM/MIN; 30MM/MINUTOS

OUTROS

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO CLASSE 1, TIPO BF

TENSÃO REQUERIDA 100-220VAC, 50/60HZ, 26VA

AMBIENTE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA DE 10 A 40 °C

BOTÕES DE TOQUE LEVE E DIAL



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde

TEMPO DE NST AUTOMÁTICO ÚTIL.

LEIA – SE:

REGISTRO NA ANVISA

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

APARELHO COM SOFTWARE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS PARA COMPUTADOR.
SINAL DE SAÍDA PARA SINAL FHR, UC, DOPLER ORIGINAL, FM E SINAL DE ALARME

SINAL DE SAÍDA PARA CANAL DE DOPLER POR ULTRASSIM PULSANTE
AFERIÇÃO DA INTENSIDADE DAS CONTRAÇÕES UTERINAS E DO CICLO DE CONTRAÇÕES

SONORIZAÇÃO DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL,

SINALIZAÇÃO DA INTENSIDADE DO SINAL DOS BATIMENTOS CARDÍACOS

ALARME SELECIONÁVEL EM LIMITES INFERIOR E SUPERIOR E TEMPO DE ATRASO

ALARME SONORO DISTINTO PARA TAQUICARDIA E BRADICARDIA FETAL

SINALIZAÇÃO DO DISPLAY DE TAQUICARDIA E BRADICARDIA FETAL

FONTE DE ENTRADA COM TRANSDUTOR EXTERNO COM MEDIDOR DE PRESSÃO

IMPRESSORA EMBUTIDA NO APARELHO COM IMPRESSÃO PELO MÉTODO DE CABEÇA TÉRMICA

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DE DATA, HORA E MODO DE MEDIDA.

PAPEL TERMO-SENSÍVEL

PADRÃO: #0030-022

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 10MM/MIN; 20MM/MIN; 30MM/MINUTOS

OUTROS

PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO CLASSE 1, TIPO BF

TENSÃO REQUERIDA 100-220VAC, 50/60HZ, 26VA

AMBIENTE DE OPERAÇÃO TEMPERATURA DE 10 A 40 °C

A nova data de abertura dos envelopes nº 01 e 02 fica marcada para o dia 17/05/2011 às 13:00 horas.

As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas.

Patos de Minas, 02 de maio de 2011.

Cláudia Soares Cruz
Pregoeira