



**Prefeitura Municipal de Patos de Minas**  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**PREGÃO Nr. 194/2008**

**ANEXO I**

**Proposta de Preços**

**Processo: 14.501/2008**

Razão Social do Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_ Orgão expedidor: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

<b>Solicitação de Despesas</b>	<b>Req. de Material</b>	<b>Dotação</b>
2.945 / 2.008 - 1	544 / 2.008	952 / 2.008
2.952 / 2.008 - 1	565 / 2.008	1.002 / 2.008
2.947 / 2.008 - 1	593 / 2.008	1.200 / 2.008
2.957 / 2.008 - 1	551 / 2.008	1.002 / 2.008
2.955 / 2.008 - 1	429 / 2.008	1.200 / 2.008
2.956 / 2.008 - 1	267 / 2.008	952 / 2.008
2.950 / 2.008 - 1	266 / 2.008	952 / 2.008
2.949 / 2.008 - 1	541 / 2.008	952 / 2.008



Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

Lote	Código	Un	Quant.	Especificação/Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	31.444	UN	1	APARELHO ELETROCARDÍOGRAFO DE 3 CANAIS USADO PARA DIAGNÓSTICO DE ANOMALIAS CARDÍACAS E PARA REVELAR TENDÊNCIAS OU MUDANÇAS NA FUNÇÃO CARDÍACA EM PACIENTES, PORTÁTIL, MULTICANAL, AQUISIÇÃO DE PELO MENOS TRÊS DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, REGISTRO EM PAPEL, NO MODO AUTOMÁTICO, DE 12 DERIVAÇÕES SEM INTERVENÇÃO DO USUÁRIO, VELOCIDADE 25 E 50 MM POR S, PELO MENOS, MUDANÇA DE DERIVAÇÕES AUTOMÁTICA E MANUAL, VARIAÇÃO DE SENSIBILIDADE NO MÍNIMO PARA 5,10 E 20 MM/MV, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127/220V COM SISTEMA SOB FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60 HZ, ENTRADA DO PACIENTE COM ISOLAMENTO ELÉTRICO, PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DO DESFIBRILADOR, INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO NA REDE ELÉTRICA OU BATERIA, FILTRO NOTCH PARA 60 HZ E FILTRO PARA TREMOR MUSCULAR, 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 3 PINOS (FASE, NEUTRO E TERRA), IMPRESSORA INTEGRADA AO APARELHO COM REGISTRO EM PAPEL TERMOSENSÍVEL POR CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO OU TECNOLOGIA DE CANETAS, DOIS CABOS PARA PACIENTES ORIGINAIS DO FABRICANTE, DOIS KITS ROLO OU PACOTE DE PAPEL, DEZ E LETRDOS PRECORDIAIS REUTILIZÁVEIS, COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, OITO ELETRODOS TIPO CLIPS COM PARTE METÁLICA EM MATERIAL NÃO OXIDÁVEL, E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCINAMENTO.			
2	12.298	UN	11	ARMÁRIO VITRINE COR BRANCA, COM 01 PORTA - ARMAÇÃO EM AÇO PERFILADO L 22,22mm/LATERAIS E PORTA EM VIDRO 3mm/FECHADURA/03 PRATELEIRAS EM CRISTAL DE NO MÍNIMO 4mm E DIMENSÕES APROXIMADAS DE 0,50 x 0,40 x 1,30m			
3	31.446	UN	1	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO DESTINADO A FAZER A ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES DO PACIENTE. ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES NAS VIAS RESPIRATÓRIAS OU ONDE NECESSITAR DE ALTO VÁCUO. CARACTERÍSTICAS GERAIS FUNCIONAMENTO ISENTO DE ÓLEO ATRAVÉS DE DIAFRAGMA, FAIXA MÍNIMA DE AJUSTE DE PRESSÃO 0 A 560 MMHG, MENOR VALOR DE FLUXO MÁXIMO 24L POR MIN, DISPLAY ALFA NUMÉRICO PARA INDICAÇÃO DE ESTAGIO DE PROCESSO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA INUNDAÇÃO DO FRASCO, FILTRO DE DESCARGA DE AR DE 0,5 MICROMETRO E FILTRO HIDROFÓBICO, FRASCOS DE COLETORES LEVES EM POLICA RBONATO RESISTENTE AO IMPACTO, AUTOCLAVÁVEIS E COM MARCAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM RELEVO, ALARMES ÁUDIO VISUAIS PARA FRASCO CHEIO, INDICAÇÃO VISUAL DE USO COM OU SEM PEDAL, TECLA PARA SILENCIAR ALARME, ACIONAMENTO DO PEDAL E REARME DO PROCESSO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 VAC, FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ, CLASSE DO EQUIPAMENTO CLASSE I, TIPO DE PARTE APLICADA TIPO B, CHAVE LIGA DESLIGA, CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PINO 2P MAIS T. CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS CARENAGEM DE PROTEÇÃO DO GRUPO MOTOR COM EXAUSTÃO FORÇADA, VACUÔMETRO, MOTOR DE UM QUARTO HP OU UM TERCO HP COM PROTEÇÃO E BLINDAGEM DE RUIDOS, RODÍZIOS GIRATÓRIOS DOTADO DE FREIOS. ACESSÓRIOS 02 FRASCOS DE POLICARBONATO DE CAPACIDADE TOTAL DE 5 LITROS COM MANGUEIRAS E TAMPAS, EXTENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE OU SILICONE AUTOCLAVÁVEL.			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

4	1.262	UN	3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, CAP. PARA 150 QUILOS, DIVISÃO EM FRAÇÃO DE 100 GRAMAS COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA DE ATÉ 1,90 CM, COM GRADUAÇÃO DE 0,5 EM 0,5 CM, BASE DE FERRO, PINTADA, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA COM TAPETE DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE.			
5	31.562	UN	1	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE P/ 130KG. - VISOR DIGITAL AMPLO E LUMINOSO - INDICADOR DE BATERIA BAIXA - ACIONAMENTO POR TOQUE -- DESLIGAMENTO E TARA (ZERO ) AUTOMÁTICOS - SENSOR ELETRÔNICO DE ALTA PRECISÃO E SENSIBILIDADE - DIVISÃO DE 200 EM 200 GRAMAS - AMPLA PLATAFORMA: 29,6 CM X 29,3 CM			
6	31.421	UN	3	BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA CONCHA INOX - AUTORIZADA PELO INMETRO. - CAPACIDADE PARA 16KG, DIVISÕES DE 10G. - CONCHA ANATÔMICA EM INOX COM MEDIDA 540X290MM.- PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. - QUALIDADE COM PRECISÃO PARA ATENDIMENTO EM FARMÁCIAS, HOSPITAIS, ACADEMIAS OU CONSULTÓRIOS. -GARANTIA: 01 ANO.			
7	31.450	UN	2	CADEIRA DE BANHO EM AÇO INOX INCLUSIVE ASSENTO PARA FACILITAR DESINFECÇÃO - PADRÃO HOSPITALAR			
8	26.256	UN	1	CADEIRA DE RODAS, USO ADULTO, EM AÇO COM PINTURA EPOXY, DOBRÁVEL EM X, APOIO DE BRAÇOS E PÉS FIXOS, ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS, PNEUS TRASEIROS MACIÇOS, AROS EM ALUMÍNIO CAPACIDADE/RESISTÊNCIA PARA ADULTOS COM APROXIMADAMENTE 100 QUILOS			
9	31.449	UN	35	CADEIRA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR, COM ACABAMENTO ESMALTADO. ENCOSTO, ASSENTO, PERNA E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDO COM CORVIM. BRAÇOS E PERNA ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (CONCOMITANTES).			
10	31.555	UN	2	CALHA CIRÚRGICA ARTICULÁVEL FABRICADA TOTALMENTE EM AÇO INOX, COM VÁRIAS OPÇÕES DE REGULAGEM, COMPRIMENTO 1 METRO			
11	31.448	UN	20	CAMA COM CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO REDONDO ESMALTADO. ESTRADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO, ARTICULADO POR MEIO DE DUAS MANIVELAS CROMADAS, PARA OS MOVIMENTOS DE FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E TRENDELEMBURG, PÉS COM RODÍZIOS DE 3" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 1.90M COMP. X 0.90 LARG X 0,60M ALT. OPCIONAL: SL- 0222-1 PAR DE GRADES ESMALTADA, SL- 8008 GRADES INTERIÇAS ESMALTADAS, SL- 2000 COLCHÃO			
12	3.762	UN	2	DETECTOR FETAL DE MESA: SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; CONTROLE DE VOLUME, LIGA/DESLIGA E TONALIDADE; ALIMENTAÇÃO 110/220 VAC 50/60 Hz; FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO:2,2 MHz; DIMENSÕES: 200 X 230 X 90 MM(L X P X A); PESO 2 KG. ACESSORIOS: UM TUBO GEL, TRANSDUTOR E MANUAL DE OPERAÇÕES.			
13	25.075	UN	7	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS, COM PISO DE BORRACHA 0,40 X 0,40CM, EM ARMAÇÃO TUBULAR DE 7/8, ESMALTADA, PISO ANTIDERRAPANTE.			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

14	30.981	UN	1	ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR ESTATIVA ROBUSTA. - HASTE DE SUSTENTAÇÃO QUE PERMITE - REGULAGEM DA ALTURA DA ESTATIVA EM RELAÇÃO A DIVERSOS TIPOS DE OBJETOS. - TUBO - BINOCULAR INCLINADO A 45 GRAUS E 360 GRAUS DE GIRO. - UM PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X COM 20 MM DE DIÂMETRO. - AUMENTO TOTAL DE 40X. - AJUSTE DE 5 UNIDADES DE DIOPTRIA, APENAS NA OCULAR ESQUERDA. - AJUSTE INTERPUPILAR ENTRE 55 A 75 MM. - AJUSTE DE FOCALIZAÇÃO COM DUPLO MANÍPULO. - OBJETIVAS DE 2X E 4X (AUMENTOS FIXOS - STEP BY STEP). - BASE PORTA AMOSTRAS CIRCULAR EM VIDRO FOSCO (LEITOSO) E UMA BRANCA E PRETA, COM 94,5MM DE DIÂMETRO E PRESILHAS PARA FIXAR OS OBJETOS SOB OBSERVAÇÃO. - ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA EMBUTIDA NA BASE E INCIDENTE EM BUTIDA NA ESTATIVA, AMBAS COM LÂMPADA DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE 12 VOLTS 10 WATTS. - CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG COM TRÊS PINOS, DOIS FASES E UM TERRA. - ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES.			
15	31.561	UN	2	FOCO CIRÚRGICO COM PEDESTAL, COM PESCOÇO SEMI-RIGIDO CROMADO. PARA SER USADO ESPECIALMENTE COM LÂMPADAS DE CROICA.			
16	31.425	UN	2	FOCO GINECOLÓGICO SEM ESPELHO COM HASTE FLEXÍVEL COM LÂMPADA HALÓGENA -LÂMPADA HALÓGENA 12 V X 20 W; -HASTE FLEXÍVEL CROMADA; - BASE COM RODÍZIOS; -ALIMENTAÇÃO 110 / 220 V; -PINTURA EPÓXI À 250° CELSIUS - ALTA RESISTÊNCIA; -ALTURA VARIÁVEL;			
17	31.443	UN	10	MACA COM ALTURA FIXA, COM COLCHÃO, LEITO EM AÇO INOXIDÁVEL, CABECEIRA PARA APOIO DORSAL REGULÁVEL POR CREMALHEIRA. GRADES DE RÁPIDO AÇIONAMENTO EM AMBOS OS LADOS, EM AÇO INOXIDÁVEL. BASE COM ESTRUTURA INTERNA EM TUBOS RETANGULARES DE AÇO-CARBONO, REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PÁRA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. PROVIDO DE RODÍZIOS DE 8", SENDO 2 COM FREIO DE DIAGONAL. ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO, PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E PARA BOMBA DE INFUSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.90 X 0.70 X 0.82 M DE ALTURA.			
18	31.563	UN	1	MÁQUINA DE TOSA 110 VOLTS 2 VELOCIDADES. ACOMPANHA LÂMINAS			
19	12.301	UN	2	MESA AUXILIAR (TIPO CRIADO MUDO) EM CHAPA 0,75mm E TUBO DE AÇO COM APROXIMADAMENTE 20mm x 12mm x 1,2mm, COM 01 PRATELEIRA E PÉS COM PONTEIRA - DIMENSÕES 0,50m x 0,40m X 0,80m NA COR BRANCA			
20	31.422	UN	6	MESA AUXILIAR TIPO MAYO -ESTRUTURA EM TUBO QUADRADO 20 X 20 X 1,2MM. - MONTADA SOBRE TRIPÉ. -ALTURA REGULÁVELMANUALMENTE ATRAVÉS DE BORBOLETA, SENDO A ALTURA MÁXIMA DE 1,40M E A MÍNIMA DE 0,85M. -RODÍZIOS DE 50 MM DE DIÂMETRO.-ACOMPANHA BANDEJA INOX. -DIMENSÕES DA BANDEJA: 0,51 X 0,35M. -ESTRUTURA CROMADA - CERTIFICADO PELA ANVISA			
21	31.557	UN	3	MESA CIRÚRGICA COM ALTURA REGULÁVEL, FABRICADA TOTALMENTE EM AÇO INOX, COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM MANIPULAS LATERAL PARA INCLINAR E REGULAR A ALTURA. ACOMPANHA SUPORTE DE SORO E BALDE DE ALUMÍNIO. MEDIDAS: 114 X 70 CM (COMP X LAR).			
22	31.559	UN	1	MESA DE AÇO INOX COM PÉS DOBRÁVEIS EM FERRO ZINCADO. INDICADA PARA SOROTERAPIA, ATENDIMENTO DOMICILIAR E AUXILIAR DE CIRURGIA. ACOMPANHA SUPORTE DE SORO LATERAL DE FERRO ZINCADO. MEDIDAS: 80 X 90 X 60 CM (ALT X COMP X LAR), COM PROLONGAÇÃO DE 20 CM			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

23	26.374	UN	2	MESA GINECOLÓGICA, COM ARMÁRIO INTEGRADO COM ESTRUTURA EM MDF CINZA CLARO COM 03 (TRÊS) GAVETAS COM ROLAMENTOS EM TECNEW E 02 (DUAS) PORTAS, ESTOFADA EM COURINO AZUL CLARO, FIXA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: COMPRIMENTO DE 1,80m (ABERTA) E 1,40 m (FECHADA), LARGURA DE 0,65m E ALTURA DE 1,20m, COM PERNEIRAS EM AÇO ESTOFADAS, BANDEJA COLETORA DE MATERIAIS, COM APOIO DE PERNAS E COSTAS COM REGULAGEM DE ALTURA.			
24	31.554	UN	1	MESA PARA ATENDIMENTO EM INOX TAMPO E CHAPA EM AÇO INOX, COM VINCOS E FURO PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. PÉS EM AÇO INOX. ACOMPANHA CONTENÇÃO LATERAL, SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX E BALDE DE ALUMÍNIO. MEDIDAS: 90 X 114 X 70 CM (ALT X COMP X LAR).			
25	27.596	UN	6	MESA PARA EXAME CLÍNICO - DIVÃ - LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDO EM CORVIM PRETO, COM CABECEIRA MÓVEL, COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL, COM PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS, ARMAÇÃO TUBULAR DE 1.1/4", PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES: 0,60 X 1,80 X 0,80 DE ALTURA.			
26	31.426	UN	1	NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS DE AR BIVOLT, COM CHAVE SELETORA 110/220V, MOTOR DE ALTA DURABILIDADE COM 1/4CV DE POTÊNCIA, COM LUBRIFICAÇÃO ISENTA DE ÓLEO, FLUXO DE AR DE 0 À 70 LITROS/MIN, COMPRESSOR DE AR TIPO DIAFRAGMA, ADAPTADOR PARA 04 SAÍDAS DE AR ACOMPANHADAS POR 08 QUITES DE NEBULIZAÇÃO, GABINETE EM PLÁSTICO RESISTENTE			
27	31.447	UN	3	NEGATOSCÓPIO PARA VISUALIZAÇÃO DE RAIOS X MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 40CM			
28	24.213	UN	3	OFTALMOSCÓPIO KLINIC COM BOLSA, SISTEMA ÓTICO DE ESPELHOS COM FILAMENTO ALINHADO PARA FORNECER ILUMINAÇÃO ABUNDANTE E LIVRE DE SOMBRAS DA RETINA. POSSUI 16 LENTES DE OBSERVAÇÃO, COM CÍRCULO GRANDE, PEQUENO E ABERTURAS DE FIXAÇÃO. UTILIZA 2 PILHAS PEQUENAS. PERMITE A OBSERVAÇÃO DE -15 À 20 DIOPTRIAS. PESO: 83 GRAMAS. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA MALCÁVEL. LÂMPADA DE REPOSIÇÃO: 2438.			
29	26.411	UN	3	OTOSCÓPIO 2,5V ACOMPANHADO DE CABO DE PILHAS E BOLSA. COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA DIRETA E CABEÇA MOLDADA EM POLICARBONATO RESISTENTE ALTO IMPACTO. POSSUI JANELA DE VISÃO EM ACRÍLICO ANTI-RISCOS DE ALTA QUALIDADE E AMPLIAÇÃO DE 3X. COMPÕE O CONJUNTO JOGO DE ESPÉCULOS NASAL E EXPANSÍVEL PARA EXAME NASAL. O INTERIOR DA CABEÇA TEM ACABAMENTO EM PRETO FOSCO PARA ELIMINAÇÃO DE REFLEXOS. LÂMPADA DE REPOSIÇÃO. COM 05 CONJUNTOS DE ESPÉCULOS DE OUVIDO.			



Prefeitura Municipal de Patos de Minas

Secretaria Municipal de Saúde

30	31.445	UN	2	<p>OXIMETRO DE PULSO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO NÃO INVASIVA DE TAXA DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE PARA MONITORAR OS PARÂMETROS SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E PLETISMOGRAFIA. APARELHO COM INDICAÇÃO VISUAL PARA EQUIPAMENTO LIGADO NA REDE OU BATERIA, INDICAÇÃO VISUAL PARA BAIXA CARGA DA BATERIA, TECLA LIGA DESLIGA PARA AÇIONAMENTO, TECLA OU MENU PARA CONFIGURAÇÕES DE ALARMES, TECLA PARA INIBIÇÃO TEMPORÁRIA DO ALARME SONORO TEMPO MÁXIMO DE 2 MINUTOS PARA INTERRUPÇÕES SEGUNDO A NBR MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY, FUNÇÃO DE AUTODIAGNÓSTICO FUNCIONAL APÓS EQUIPAMENTO LIGADO, APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY COMO SENSOR FORA DO PACIENTE, SINAL FRACO, ETC, MEMÓRIA CONSTANTE PARA PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ GUARDAR EM MEMÓRIA A APRESENTAR SUA ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO APÓS SER RELIGADO, SISTEMA ININTERRUPTO PARA ALARMES VISUAIS SEGUNDO A NBR. O ALARME DEVERÁ ATUAR ENQUANTO HOVER OCORRÊNCIA FUNCIONAL. O EQUIPAMENTO NÃO DEVE DISPONIBILIZAR SISTEMA MANUAL PARA INIBIÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE PELO MENOS TRÊS NÍVEIS DE SEVERIDADE DE ALARME, FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE SPO2 DE 35 A 100 PORCENTO, MÁXIMA PRECISÃO DE 3 PORCENTO DENTRO DA FAIXA DE 80 A 100 PORCENTO, FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC, FREQUÊNCIA CARDÍACA, DE 30 A 300 BPM, MAIS OU MENOS 3 BPM. MONITOR COM DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO, DIMENSÃO MÍNIMA 7 POLEGADAS, CURVA PLESTIMOGRÁFICA COM AJUSTE AUTOMÁTICO PARA AMPLITUDE DE ONDA, SISTEMA PARA AMOSTRAGEM DE SPO2, APRESENTAÇÃO SIMULTÂNEA EM DISPLAY PARA VALORES DE SPO2, FC E CURVA PLESTIMOGRÁFICA, CONTROLE DE VELOCIDADE PARA TRAÇADO DE CURVA MÍNIMO EM 12,5 E 25 MM POR S, TENDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 24 HORAS APRESENTADA NO DISPLAY, EM FORMATO GRÁFICO E TABULAR. ALARMES SONORO E VISUAL PARA ALTA E BAIXA SPO2, ALARMES SONORO E VISUAL PARA ALTA E BAIXA FREQUÊNCIA CARDÍACA, ALARMES SONORO E VISUAL PARA SENSOR DESCONECTADO, FORA DO PACIENTE, INTERFERÊNCIA LUMINOSA E BAIXA PERFUSÃO. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 100 VAC A 240 VAC, FONTE CHAVEADA AUTOMÁTICA E SISTEMA SOB FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DE 60 HZ, BATERIA SELADA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA PARA 02 HORAS DE USO E CARREGADOR INTERNO AO EQUIPAMENTO. 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 3 PINOS DE FASE, NEUTRO E TERRA. DOIS SENSORES ORIGINAIS NÃO DESCARTÁVEIS TIPO CLIP ADULTO, DOIS SENSORES ORIGINAIS NÃO DESCARTÁVEIS PEDIÁTRICOS EM Y, COM AS TIRAS DE FIXAÇÃO, DOIS CABOS DE EXTENSÃO PARA CADA TIPO DE SENSOR.</p>			
31	31.560	UN	2	<p>SUPORE P/ SORO EM TUBO REDONDO DE FERRO ZINCADO COM ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE P/ 2 FRASCOS</p>			

Total Geral: R\$ \_\_\_\_\_)



**Prefeitura Municipal de Patos de Minas**

**Secretaria Municipal de Saúde**

**Observações:**

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais em seus valores unitário, sob pena de desclassificação.
- Não será permitido o uso de aparelhos celulares durante a fase de lances verbais.
- Apresentar prospectos para todos os itens, com identificação clara do produto/equipamento ofertado sob pena de desclassificação.

**Carimbo Padronizado**

**Garantia:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(no mínimo 01 ano) apresentar separadamente a garantia de cada produto/equipamento.

**Validade da Proposta:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

(no mínimo em 60 dias)

**Prazo de entrega:** \_\_\_\_\_ ( dias)

No máximo, em cinco (05) dias, após a expedição da solicitação efetuada pela Secretária Municipal de Saúde.

**Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.**

**Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.**

**Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_