



# PREFEITURA DE PATOS DE MINAS

Secretaria Municipal de Saúde

## ANEXO I - Proposta de Preços

PREGÃO Nº 042 / 2011

Processo 9.162 / 2011

Razão Social do Licitante: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Insc. Estadual: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

Telefone : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_ e-mail : \_\_\_\_\_

### INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS (quando por sistema bancário):

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

### REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Identidade: \_\_\_\_\_ Órgão expedidor: \_\_\_\_\_

Estado Civil: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

Solicitação de Despesas	Req. de Material	Dotação
1.398 / 2.011 - 1	431 / 2.011	1.133 / 2.011
1.399 / 2.011 - 1	432 / 2.011	965 / 2.011

Cód.	Un	Quantidade	Especificação	Marca	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20.809	UN	10	ALVEOLÓTOMO LUER CURVO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
20.851	UN	20	BOLACHA PARA ARTICULADOR SEMI AJUSTÁVEL, EM METAL DE USO UNIVERSAL.			
20.993	UN	6	BROCA CIRÚRGICA ALTA ROTAÇÃO Nº 3071 HASTE LONGA			
36.334	UN	10	BROCA CIRÚRGICA PM CARBONETO TUNGSTÊNIO Nº 4			
36.335	UN	20	BROCA CIRÚRGICA PM CARBONETO TUNGSTÊNIO Nº 6			
36.337	UN	30	BROCA CIRÚRGICA PM CARBONETO TUNGSTÊNIO Nº 702			
36.336	UN	10	BROCA CIRÚRGICA PM CARBONETO TUNGSTÊNIO Nº 8			
27.412	UN	50	BRUNIDOR Nº 29, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
20.780	UN	2	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 1, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO).			

			CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
20.781	UN	2	CINZEL DE OCHSENBEIN Nº 2, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CABONO. GRAVAÇÃO D A MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
27.413	UN	56	CURETA DE DENTINA Nº 11,5 - COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORRO SÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQ UISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/ 13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA D EFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM F ERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
20.815	UN	10	FÓRCEPS ADULTO Nº 150, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM N BR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORRO SÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISIT OS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852 /13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEIT OS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORRO SÃO.			
20.816	UN	10	FÓRCEPS ADULTO Nº 151, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM N BR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORRO SÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISIT OS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852 /13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEIT OS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORRO SÃO.			
20.817	UN	10	FÓRCEPS ADULTO Nº 16, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NB R 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORRO SÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITO S GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/ 13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITO S DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORRO SÃO.			
20.818	UN	15	FÓRCEPS ADULTO Nº 17, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NB			

		R 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
20.820	UN	10	FÓRCEPS ADULTO Nº 18L, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.		
20.819	UN	10	FÓRCEPS ADULTO Nº 18R, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.		
36.462	UN	10	FÓRCEPS ADULTO Nº 65, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.		
20.821	UN	20	FÓRCEPS ADULTO Nº 69, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRS RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.		
20.823	UN	10	FÓRCEPS INFANTIL Nº 151, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM		

			NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
20.824	UN	10	FÓRCEPS INFANTIL Nº 17, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
20.826	UN	15	FÓRCEPS INFANTIL Nº 69, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
36.427	FR	3	FORMOL EM PASTILHA COM 150 UNIDADES EM FRASCO DE 50 GRAMAS, FORMOL EM PASTILHA CONTENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA E VALIDADE.			
27.568	UN	8	GENGIVÓTOMO ORBAN - COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
20.828	JG	10	JOGO DE ALAVANCA APICAL INFANTIL, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs			

		13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.			
20.829	JG	10	JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.		
20.831	JG	10	JOGO DE ALAVANCA SELDIN ADULTO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.		
20.800	UN	4	LIMA HIRSCHFELD Nº 3-7, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR DO CO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
20.801	UN	4	LIMA HIRSCHFELD Nº 5-11, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR DO CO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
20.802	UN	2	LIMA HIRSCHFELD Nº 9-10, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAVAÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR DO CO DE 8 MM. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.		
20.833	UN	24	LIMA PARA OSSO Nº 12, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA À ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		

30.119	UN	8	MICRO CINZEL DE OCHSENBEIN Nº2, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAV AÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
36.387	UN	8	MICRO CINZEL DE OCHSENBEIN Nº1, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAV AÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
36.389	UN	8	MICRO CINZEL DE OCHSENBEIN Nº3, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAV AÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
36.388	UN	4	MICRO CINZEL DE OCHSENBEIN Nº4, PRODUZIDO COM AÇO 420, COM 0,36 DE CARBONO. GRAV AÇÃO DA MARCA, NOME E NUMERAÇÃO DO INSTRUMENTO POR MEIO QUÍMICO (NÃO EM BAIXO RELEVO). CABO TUBULAR OCO DE 3/8. O PRODUTO DEVE SER REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE			
20.835	UN	3	PINÇA DENTE DE RATO 14 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROÇÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
20.837	UN	9	PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO CURVA 12 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			

20.836	UN	9	PINÇA HEMOSTÁTICA-MOSQUITO RETA 12 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOC LAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 AN OS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRE STAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROS ão.			
20.840	UN	2	PINÇA PORTA AGULHA TIPO MAYO COM VÍDEA 14 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INO XIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO E M AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTO DOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA D E 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
20.841	UN	35	PINÇA PORTA AGULHA TIPO MAYO 14 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAV E, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENS AIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBR s 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS , PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.			
36.463	UN	3	PONTA PARA ELETROCALTERIO EM-10 PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO APARELHO DELTRONIX BO 1300 MP			
36.464	UN	3	PONTA PARA ELETROCALTERIO EM-12 PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO APARELHO DELTRONIX BO 1300 MP			
36.465	UN	3	PONTA PARA ELETROCALTERIO EM-13 PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO APARELHO DELTRONIX BO 1300 MP			
36.466	UN	3	PONTA PARA ELETROCALTERIO EM-14 PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO APARELHO DELTRONIX BO 1300 MP			



36.467	UN	3	PONTA PARA ELETROCALTERIO EM-16 PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL AO APARELHO DELTRONIX BO 1300 MP				
30.121	UN	6	PORTA AGULHA CASTROVIEJO,PONTA RETA,COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAV E, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.				
21.010	FR	20	POVIDINE SABÃO, FRASCO DE 500 ML				
20.735	TB	52	RIFOMICINA - PASTA DE 10 GRAMAS PARA USO ODONTOLÓGICO				
19.936	KT	52	SELANTE PARA FÓSSULAS/FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL - KIT COM 2 (DUAS) SERINGAS DE 2,5 GRAMAS CADA.				
20.842	UN	25	SINDESMÓTOMO, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AS PEÇAS NÃO DEVERÃO APRESENTAR CANTOS VIVOS QUE POSSAM FERIR OS PACIENTES, OU CORTAR AS LUVAS DOS CIRURGIÕES.				
20.844	UN	64	TESOURA PONTA FINA ÍRIS RETA 11 CM, COM REGISTRO NA ANVISA, EM AÇO INOXIDÁVEL DE ACORDO COM NBR 7153-1, NBRs RELATIVAS A RESISTÊNCIA à ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, CORROSÃO E EXPOSIÇÃO TÉCNICA, MARCAÇÃO, ROTULAGEM E EMBALAGEM, MÉTODOS DE ENSAIO, REQUISITOS GERAIS E ACABAMENTO E TRATAMENTO SUPERFICIAL: NBR ISO 13402, NBRs 13851/13852/13911/13912/13913/13914/13915 E 13916; GARANTIA MÍNIMA DE 20 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, E OS ENCAIXES NÃO DEVERÃO TER BURACOS, OU FRESTAS, PARA EVITAR O ACÚMULO DE DETRITOS QUE PODERÃO PROVOCAR MANCHAS E/OU CORROSÃO.				

Valor Total: R\$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Observações:**

- Somente serão aceitas propostas cotadas com no máximo 03 (três) casas decimais em seus valores unitário, sob pena de desclassificação.
- Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido às condições estabelecidas nos subitens 8.8.3 e 8.9 do edital.
- Não será permitido o uso de aparelhos celulares durante a fase de lances verbais.

Validade da Proposta \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(no mínimo em 60 dias)

Prazo de Entrega \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(no máximo em 05 (cinco) dias após expedição da solicitação)

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Carimbo Padronizado

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_