Uberlândia, 07 de Junho de 2016.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPTO DE LICITAÇÃO
A/C: SRA. ROSILENE MARIA DE SOUSA

REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2016

A Medtec Suprimentos Médicos Hospitalares Ltda., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.460.323/0001-09, sita a Av. Marcos de Freitas Costa, 411 na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, através seu representante legal, vem à presença de V. Sas., solicitar alguns esclarecimentos e sugestões que achamos importante referente aos Descritivos que constam no Edital acima citado.

QUESTIONAMENTO AO EDITAL

"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BISTURI DE VOLATILIZAÇÃO, ASPIRADOR DE VAPORES OU GASES E OFTALMOSCÓPIO) OBJETO DO CONVÊNIO 111/2011 – EMG/SES/SUS – MG/FES."

DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A RETIFICAÇÃO DO EDITAL

Observando as características técnicas solicitadas nos descritivos do edital supra referido, encontramos características técnicas que limitam enormemente o número de potenciais fornecedores. Além do relevante fato acima constatamos que alguns descritivos estão incompletos.

Apresentamos abaixo, os principais pontos dos descritivos que necessitariam ser revistos para eliminação das falhas acima apontadas.

ITEM 42.746
BISTURI DE VOLATIZAÇÃO CELULAR POR ALTA FREQÜÊNCIA
O descritivo constante neste item está totalmente direcionado para o Equipamento da Marca Loktal – Modelo Wavetronic 5000, assim impossibilitando a participação de outros prováveis fornecedores, conforme comprovo através do anexo retirado da página da Internet do fabricante citado: www.loktal.com/wawetronic-5000.html.

Estão solicitando como acessórios 07 eletrodos com filamento de tungstênio para uso geral, só que existem vários tipos de eletrodos nos seguintes formatos: alça cônica, alça quadrada, meia-alça e de vários diâmetros e os valores de desses eletrodos são variáveis.
Quais são os eletrodos que necessitam?

Solicitam 01 caneta porta eletrodos autoclavável.
Essa caneta que precisam é com Comando Manual ou Comando por Pedal?

No fim do descritivo solicitam no tópico:

Acompanhamento dos opcionais:

- Sistema Megapulsátil
Esse sistema é um equipamento a parte que acoplado a Bisturi Wavetronic 5000 irá realizar procedimentos mais voltados para área estética.
É isso mesmo que precisam?

- Solicitam novamente eletrodos dobráveis?
Quais e quantos eletrodos? Existe uma variedade deles.

- Solicitam novamente Canetas Autoclaváveis?
No corpo do descritivo falam em 01 caneta e agora Canetas.
Quais e quantas canetas?

OBS: Se acessarem o site citado poderão comprovar as argumentações aqui relatadas.

SUGESTÃO DE ESPECIFICAÇÃO

BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO

Bisturi eletrônico para procedimentos mono e bipolares de pequeno porte em ambulatório ou centro cirúrgico. Equipamento com tecnologia microprocessada e refrigeração natural por convecção. Deve possuir indicação digital de potência em watts para todos os modos de operação e ajuste digital de potência com precisão de 01 em 01 watt através de teclas blindadas no painel frontal a prova de líquidos. Permitir o uso de placas-paciente de retorno adesivas descartáveis com sistema de monitoração de contato, além de placa permanente de aço inox. Possuir seleção automática do sistema de monitoração conforme tipo de placa conectada (comum/inox ou bipartida) através de um único cabo. Funções eletrocirúrgicas acionadas através de pedal duplo e também através de caneta de comando manual duplo com controles para corte e coagulação. Potências para cada função: 100 watts para corte, 03 modos blends com 100 watts de potência cada, 100 watts para coagulação e 50 watts para bipolar. Possuir seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220vac). Deverão acompanhar os seguintes acessórios: 01 pedal duplo, 01 carrinho de transporte, 01 placa de retorno permanente de aço inox e cabo compatível, 01 caneta comando pedal com cabo fixo, 01 jogo com 05 eletrodos médicos, sendo: 01 ponta tipo faca reta; 01 ponta tipo faca curva; 01 ponta tipo agulha; 01 ponta tipo alça; 01 ponta tipo bola. **(OBS: Os acessórios podem ser variados, caso queiram avaliar posso enviar catalogo)**

Em sendo assim.

Certos de que nosso pedido será analisado e deferido aguardamos vosso parecer.

Silvio Xavier – Gerente Vendas
Fone: (34) 99127-2768 / 3212-1415
email: wesley@medtecnet.com.br