



Ofício 0410/2018 – SMS

Patos de Minas 23 MAIO 2018

Rosilene Maria de Sousa
Pregoeira

Prezada,

Resposta ao pedido de impugnação interposto pela empresa NILSON MOREIRACARDOSO ME, Pregão Eletrônico 21/2018, Processo de Licitação 76/2018:

Quanto á inexecuibilidade dos prazos de entrega previsto no Edital.

“O item 1.8, às fl. 21 do edital, dispõe que como obrigação do contrato instalar todos os equipamentos concentradores de oxigênio para todos os pacientes apontados pelo município em até 30 dias após assinatura do contrato. Ocorre que referido prazo é completamente inexequível”

Resposta:

Com fulcro no objeto no processo licitatório e em consulta a outros editais de mesmo objeto elaborado por outros municípios o prazo de 30 dias é suficiente para logística e instalação dos referidos equipamentos, sendo esse prazo superior ao de muitos dos processos por esse setor consultado.


Atualmente não existe fornecedor de Concentradores de O2, sendo que o pregão 21/2018 é o primeiro a conter esse objeto. Tendo posto não existe um atual fornecedor que poderá se beneficiar do prazo estabelecido.

“Lado outro, o item 1.11 também às fl 21 do edital, consta que o contrato se obriga a fornecer/substituir aparelho com defeito em no máximo 24 horas após ser comunicado.”

Resposta:

Motivada por este pedido de impugnação a Diretoria de Atenção Básica resolve retificar o edital para melhoria da prestação do serviço, sendo que passará a ser de responsabilidade do prestador de serviço a recarga do cilindro de O2 no caso de falta de energia ou defeito do equipamento. Ficando com juízo de discricionariedade o prazo que a mesma sanará o defeito, desde que seja razoável e não venha a causar prejuízo a saúde do paciente. A capacidade da bala de O2 ficará a critério da contratada. Desde que a mesma atenda às necessidades dos pacientes que vierem dela necessitar, diante da falta de energia ou defeito do equipamento.

Milce Burgos Ferreira
Diretoria de Atenção Básica
Mat. 14.866


Milce Burgos Ferreira
Diretora de Atenção Básica



Ofício 0409/2018 – SMS

Patos de Minas 23 MAIO 2018

Rosilene Maria de Sousa
Pregoeira

Prezada,

Resposta ao pedido de impugnação interposto pela empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, Pregão Eletrônico 21/2018, Processo de Licitação 76/2018:

Depreende-se assim a definição do objeto como sendo “locação de concentrador de oxigênio”. Contudo, o escopo licitado compreende outras atividades além da locação de equipamento, como por exemplo, a instalação e manutenção de equipamentos, o fornecimento de oxigênio gasoso medicinal em cilindro dentre outros, atividades essas que não foram consideradas na definição do objeto.

Resposta:

A definição do objeto licitado foi disposta de maneira precisa, ou seja, as atividades que não foram consideradas na definição do objeto, fazem parte da execução da prestação do serviço bem como da descrição do item licitado e não causa prejuízo ao interessado no certame, sendo que a alegação da recorrente não procede.


Quanto ao tamanho do cilindro com capacidade de 10 m³.

“1- não há no mercado cilindro portátil com capacidade de 10 m³

2 – O cilindro com capacidade de 10 m³ possui tamanho inapropriado para atendimento domiciliar por ser grande demais e demanda ser transportado por mais de uma pessoa, o que se tornará um problema tanto na entrega em locais de difícil acesso m quanto na sua mo movimentação por pacientes e familiares.

◦ **Resposta:**

Motivada por este pedido de impugnação a Diretoria de Atenção Básica resolve retificar o edital para melhoria da prestação do serviço, sendo que passará a ser de responsabilidade do prestador de serviço a recarga do cilindro de O₂ no caso de falta de energia ou defeito do equipamento. Ficando com juízo de discricionariedade o prazo que a mesma sanará o defeito, desde que seja razoável e não venha a causa prejuízo a saúde do paciente. A capacidade da bala de O₂ ficará a critério da contratada. Desde que a mesma atenda às necessidades dos pacientes que vierem dela necessitar, diante da falta de energia ou defeito do equipamento.


Milce Burgós Ferreira
Diretora de Atenção Básica