

**AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS**

Ref.: EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2019

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**, pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, Cidade Jardim Corporate Center, Continental Tower, São Paulo, SP, CEP 05502-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0001-40, vem, tempestivamente, oferecer a presente

**IMPUGNAÇÃO**

aos termos do Edital em referência, o que faz na conformidade seguinte:

**I – DA TEMPESTIVIDADE**

1. Conforme previsão expressa no Art. 41 § 2º da Lei 8.666/93 cláusula 3. do edital, é estipulado para a interposição de IMPUGNAÇÃO o prazo de 2 dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.

2. Na medida em que a abertura da Sessão Pública está marcada para o dia 08 de novembro de 2019, a presente IMPUGNAÇÃO se mostra **TEMPESTIVA**.



## **II – DOS FATOS**

O objeto da presente condições é: **AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PROPOSTA Nº 13918.415000/1180-02 MINISTÉRIO DA SAÚDE**

3. Ao verificar as exigências do Edital, esta Impugnante apresenta os seguintes argumentos com finalidade de alterá-lo, e assim para que possa viabilizar sua participação.

## **III - DAS RAZÕES DE RECURSO**

### **III.1 - NO EDITAL**

#### **No edital é solicitado:**

**Editais solicita:** possibilidade de upgrade para aquisição de imagens 4 D

**Alterar para:** possibilidade de upgrade para aquisição de imagens 4 D ou possibilidade de upgrade para aquisição de imagens de cardiologia avançada que permita análise de strain cardíaco pela tecnologia speckle tracking com formação de gráfico Bulls Eye que pode simular a visualização gráfica em 3D do coração a partir de imagens 2D cine.

Esta alteração permite-nos lhes ofertar um equipamento de alta performance em cardiologia e equaliza a disputa por preços de produtos de alta qualidade de imagem, sendo assim benéfico ao serviço público.

**Editais solicita:** Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz;

**Alterar para:** Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 6 MHz

Trata-se de uma pequena diferença na banda de frequência mais alta do transdutor convexo, no qual nosso transdutor atenderia caso houve um aceite de tolerância

**Editais solicita:** Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 Mhz e abertura mínima de 180°

**Alterar para:** Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.2 a 10 Mhz e abertura mínima de 120°

Esta alteração evitará um possível direcionamento de produto

O conjunto das características citadas acima e somada a outras exigências como “ Strain Rate pelo método bidimensional” e frame rate de no mínimo 1.000 fps, elimina todos os concorrentes do mercado, restando para o certame apenas um único fabricante que seria capaz de atender todas as especificações juntas. No caso equipamento da linha Affiniti do fabricante Philips. A manutenção das características como está vai de encontro aos princípios da Isonomia e da Economicidade e diverge da Lei 8.666.



## **V - PRAZO DE ENTREGA**

- 1- No instrumento editalício não está estipulado o prazo para entrega do objeto do certame.

### **DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:**

Lembramos o que dispõe o artigo 3º, § 1º, da Lei Nº 8666/93:

*“Art. 3º - A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.*

*§1º - É vedado aos agentes públicos:*

*I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. (grifo nosso)*

1. Em um procedimento licitatório, quanto mais propostas apresentadas, maiores as chances da administração selecionar o objeto de melhor qualidade pelo menor preço. Se assim não fosse, não haveria razão de tal procedimento, o qual, dada a importância, é regido por lei específica!



2. Vale salientar ainda, os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, in Licitação e Contrato Administrativo – 12ª Edição, pág. 28/30:

*“A igualdade entre os licitantes é o princípio primordial da licitação – previsto na própria Constituição da República (art. 37, XXI) – pois não pode haver procedimento seletivo com discriminação entre participantes.”*

3. Cabe lembrar, mais uma vez, que a licitação consiste em um instrumento jurídico para afastar a arbitrariedade na seleção do Contratante e promover uma competição justa entre todos os concorrentes, primando, acima de tudo, pela supremacia do interesse público


4. Ora, se outras grandes empresas estão aptas ao fornecimento dos equipamentos solicitados, não há alternativa senão abrir tais descrições a TODOS os interessados.

#### **IV – DO PEDIDO**

5. Em face do exposto, requer seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, com a finalidade de alterar o edital quanto aos itens impugnados, e como consequência, seja republicado seus termos conforme princípios da Lei nº 8666/93.

São Paulo, 04 de Novembro de 2019

Nestes Termos, Pede Deferimento



**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS**  
**MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.,**

Carlos Magno de Sá Freire Barreiros  
 Procurador  
 RG: 05.556891-9  
 CPF: 778.407.127-20

Flavia Costa Paulino  
 RG: 34.606.159-3  
 CPF: 303.124.828-76

GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda.  
 Av. Magalhães de Castro, 4.800 12º andar – Fone: (11) 3067-8141 / Fax: (11) 3067-8251 São Paulo/SP  
 E-mail: [juliana.araujo@ge.com](mailto:juliana.araujo@ge.com) Visite nosso site: [www.gehealthcare.com.br](http://www.gehealthcare.com.br)

