



PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

Patos de Minas, 11 de dezembro de 2019

Memorando nº 37 /2019 – SMS/ Diretoria de Serviços Especializados

A Senhora
Rosilene Maria de Sousa
Pregoeira

Assunto: **Resposta ao ofício 58/2019**

Prezada Sra.,

Em resposta ao ofício nº 58/2019, referente ao Pregão Eletrônico 86/2019 – Prospectos, segue análise realizada pela médica Ultrassonografista, Lara Rhúbia Silva Guimarães, na qual foi concluído que, o aparelho apresentado modelo AFFINIT 50, não atende o que é solicitado no edital.

Anexo memorando com análise realizado pela Dra. Lara Rhúbia Silva Guimarães.

Atenciosamente,

Roane Caetano de Faria
Diretora de Serviços Especializados

Roane Caetano de Faria
Diretora de Serviços
Especializados
Mat. 28.201



MEMORANDO Nº SN/2019– SMS

Patos de Minas, 11 de dezembro de 2019.

À Sra.
Roane Caetano de Faria
Diretora de Serviços Especializados/SMS

Assunto: Resposta Ofício 058/2019

Após breve análise dos transdutores Pag.0481 Pregão Eletrônico 086/2019, Processo 216/2019, o aparelho apresentado modelo AFFINITI 50, não atende o que é solicitado no presente edital.

Solicitado no edital Transdutor Endocavitário que atenda frequência de 4 a 13 MHz com variação +/-1.

Apresentado pela empresa Philips Medical Systems LTDA Endocavitário Transvaginal e Transretal de 4 a 9 MHz.

Atenciosamente,

LARA RHUBIA SILVA GUIMARÃES
Médico Ultrassonografista
Mat .28497