

Patos de Minas, 06 de novembro de 2019

Memorando nº 728/2019 –SMS Diretoria de Serviços Especializados

À Sra.
Rosilene Maria de Sousa
Pregoeira
Patos de Minas – MG

Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, GE HEALTHCARE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Prezada Sra;

Venho através deste esclarecer/destacar que esta DIRETORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS não tem nenhuma intenção de restringir ou frustrar o caráter competitivo ou até mesmo privilegiar alguma marca. Prezamos por um equipamento de qualidade que atenda às necessidades dos pacientes, e a todo tempo mantendo a imparcialidade e transparência de nossos atos.

Pedido Impugnação/Questionamentos:

“Conjunto das características citadas acima e somada a outras exigências como “Strain Rate pelo método bidimensional” e frame rate de no mínimo 1.000 fps, elimina todos os concorrentes do mercado, restando para o certame apenas um único fabricante que seria capaz de atender a todas as especificações juntas. No caso equipamento da linha Affiniti do fabricante Philips. A Manutenção das características como está vai de encontro aos princípios da Isonomia e da Economia e diverge da Lei 8.666.

R – Pesquisas realizadas em sites de empresas que realiza a venda do referido equipamento encontramos empresa que atende ao edital como por exemplo Medpej, Philips e Saevo.



1) “**Edital Solicita:** possibilidade de upgrade para aquisição de Imagens 4D”

R – Conforme item aprovado pela equipe técnica do Ministério da Saúde, não é possível a sua alteração no descritivo de edital. (Segue anexo a este copia da proposta aprovada pelo ministério da saúde n-13918.415000/1180-02)

2) “**Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 Mhz e abertura mínima 180°**”

R - Transdutor Endocavitário citado na impugnação, justifica-se que a frequência muita baixa da uma resolução ruim, podendo prejudicar a qualidade do exame.

- A abertura de 180° aumenta o campo de visão do médico, o que torna o exame mais efetivo e mais conforto para paciente. E a maioria das empresas apresenta essa abertura como por exemplo Siemens, Esaote e Saevo.

Saliento que após pesquisa feita junto as empresas, verificou-se que encontramos 03 (três) empresas que atende ao descritivo deste edital. Estas são as seguintes marcas que atende ao descritivo:

*MEDPEJ - 4.0 - 15.0 MHz

*SAEVO - 3.0 - 15.0 MHz

*ESAOTE - 3.0 -13.0 MHz.

“Edital solicita: Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 2 a 7 MHz”

R – Consta-se neste presente processo memorando 667/2019, pagina 201, publicação no site deste município e publicado no DOE (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO).

Apesar de ter 03 (três) empresas ou mais que atende a especificação do edital **será admitido uma variação nos transdutores CONVEXO e ENDOCAVITÁRIO de +/- 1MHz.** Conforme consta da retificação do edital.



Onde-se ler no edital: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz e abertura mínima de 180°.”

Leia-se no edital: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz será permitido variação de +/- 1 MHz e abertura mínima de 180°.”

Que atende plenamente *GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO – HOSPITAIS* Transdutor Convexo as frequências de 2 a 6 MHz (Edital de 2 a 7 MHz Variação +/-1).

“V PRAZO DE ENTREGA”

1- No instrumento editalício não está estipulado prazo para entrega do objeto do certame.

R – Favor se atentar para o item 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
– 4.3 “O equipamento, objeto da presente licitação, deverá ser entregue em no máximo, 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada em sua embalagem original contendo as informações:”

Atenciosamente,

P/ Cassia da Costa Corvello 14145
ROANE CAETANO DE FARIA
Diretora de Serviços Especializados



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Pregão

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO

Recorrido: Edital Pregão Eletrônico nº 086/2019- PROCESSO nº 216/2019 - Aquisição de Aparelho de Ultrassom para Utilização nos Atendimentos da Clínica de Especialidades Médicas, Proposta Nº 13918.415000/1180-02 Ministério da Saúde.

Recorrente: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALRES LTDA Protocolo 18.215/2019.

Apresentou impugnação em 04/11/2019, sob o protocolo nº 18.215/2019 aos termos do edital epigrafado de forma tempestiva, a licitante GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALRES LTDA conforme prazos estabelecidos no edital e na forma da lei.

Em síntese nas manifestações alega a empresa recorrente GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALRES LTDA que a descrição do equipamento a ser licitado deverá ser alterada para que atenda a todas as marcas do mercado, alega que o descritivo privilegia determinada marca e que o prazo de entrega não foi estabelecido.

O Pregoeiro encaminhou à Diretoria de Serviços Especializados e à Procuradoria Geral do Município, para análise e emissão de parecer acerca das alegações do recorrente. Após análise, opinaram da seguinte maneira:

Diretoria de Serviços Especializados

Venho através deste esclarecer/destacar que esta DIRETORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS não tem nenhuma intenção de restringir ou frustrar o caráter competitivo ou até mesmo privilegiar alguma marca. Prezamos por um equipamento de qualidade que atenda às necessidades dos pacientes, e a todo tempo mantendo a imparcialidade e transparência de nossos atos.

Pedido Impugnação/Questionamentos:

"Conjunto das características citadas acima e somada a outra exigências como "Strain Rate pelo método bidimensional" e frame rate de no mínimo 1.000 fps, elimina todos os concorrentes do mercado, restando para o certame apenas um único fabricante que seria capaz de atender a todas as especificações juntas. No caso equipamento da linha Affiniti do fabricante



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Pregão

Philips. A Manutenção das características como está vai de encontro aos princípios da Isonomia e da Economia e diverge da Lei 8.666.

R - Pesquisas realizadas em sites de empresas que realiza a venda do referido equipamento encontramos empresa que atende ao edital como por exemplo Medpej, Philips e Saevo.

- 1) "Edital Solicita: possibilidade de upgrade para aquisição de Imagens 4D"

R - Conforme item aprovado pela equipe técnica do Ministério da Saúde, não é possível a sua alteração no descritivo de edital. (Segue anexo a este copia da proposta aprovada pelo ministério da saúde n- 13918.415000/1180-02)

- 2) "Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 Mhz e abertura mínima 180°"

R - Transdutor Endocavitário citado na impugnação, justifica-se que a frequência muita baixa da uma resolução ruim, podendo prejudicar a qualidade do exame.

- A abertura de 180° aumenta o campo de visão do médico, o que torna o exame mais efetivo e mais conforto para paciente. E a maioria das empresas apresenta essa abertura como por exemplo Siemens, Esaote e Saevo.

Saliento que após pesquisa feita junto as empresas, verificou-se que encontramos 03 (três) empresas que atende ao descritivo deste edital. Estas são as seguintes marcas que atende ao descritivo:

- *MEDPEJ - 4.0 - 15.0 MHz
- *SAEVO - 3.0 - 15.0 MHz
- *ESAOTE - 3.0 -13.0 MHz.

"Edital solicita: Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 2 a 7 MHz"

R - Consta-se neste presente processo memorando 667/2019, pagina 201, publicação no site deste municipio e publicado no DOE (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO).

Apesar de ter 03 (três) empresas ou mais que atende a especificação do edital será admitido uma variação nos transdutores CONVEXO e ENDOCAVITÁRIO de +/- 1MHz. Conforme consta da retificação do edital.



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Pregão

Onde-se ler no edital: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz e abertura mínima de 180°."

Leia-se no edital: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz será permitido variação de +/- 1 MHz e abertura mínima de 180°."

Que atende plenamente GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO - HOSPITAIS Transdutor Convexo as frequências de 2 a 6 MHz (Edital de 2 a 7 MHz Variação +/-1).

"V PRAZO DE ENTREGA"

1- No instrumento editalício não está estipulado prazo para entrega do objeto do certame.

R - Favor se atentar para o item 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO - 4.3 "O equipamento, objeto da presente licitação, deverá ser entregue em no máximo, 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada em sua embalagem original contendo as informações:"

Procuradoria Geral do Município

A Procuradoria-Geral do Município, atendendo requerimento desta Secretaria Municipal de Saúde, para pronunciar-se acerca do recurso interposto pela empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA., no Edital de Pregão eletrônico nº 086/2019, expedido no processo de Licitação cujo objeto é a aquisição de aparelho de ultrassom para utilização nos atendimentos da Clínica de Especialidades médicas, vem opinar na forma abaixo.

BREVE RELATÓRIO

DAS IMPUGNAÇÕES



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Pregão

A empresa GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA, solicita esclarecimentos quanto ao Edital, para tanto pede a alteração quanto a possibilidade de upgrade para aquisição de imagens 4 D ou possibilidade de upgrade para aquisição de imagens de cardiologia avançada que permita análise de strain cardíaco pela tecnologia speckle tracking com formação de gráfico Bulis Eye que pode simular a visualização gráfica em 3D do coração a partir de imagens 2D cine. Esta alteração permite-nos lhes ofertar um equipamento de alta performance em cardiologia e equaliza a disputa por preços de produtos de alta qualidade de imagem, sendo assim benéfico ao serviço público.

Quanto ao Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHZ, a Impugnante solicita a alteração para Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 6 MHZ Alega que trata-se de uma pequena diferença na banda de frequência mais alta do transdutor convexo, no qual nosso transdutor atenderia caso houve um aceite de tolerância

Quanto a exigência do edital do Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 Mhz e abertura mínima de 180°. Solicita a alteração para Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.2 a 10 Mhz e abertura mínima de 120°. Afirma a Impugnante que as alterações evitarão um possível direcionamento de produto.

Por fim, alega que o instrumento editalício não está estipulado prazo para entrega do objeto do certame."

Afirma a Impugnante que o conjunto das características citadas acima e somada a outras exigências como " Strain Rate pelo método bidimensional" e *frame rate* de



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Pregão

no mínimo 1.000 fps, elimina todos os concorrentes do mercado, restando para o certame apenas um único fabricante que seria capaz de atender todas as especificações juntas. No caso equipamento da linha Affiniti do fabricante Philips. A manutenção das características como está vai de encontro aos princípios da Isonomia e da Economicidade e diverge da Lei 8.666.”

DAS RESPOSTAS ÀS IMPUGNAÇÕES

A Diretora de Serviços Especializados prestou os seguintes esclarecimentos:

“Pesquisas realizadas em sites de empresas que realiza a venda do referido equipamento encontramos empresa que atende ao edital como por exemplo Medpej, Philips e Saevo.

1) “Edital Solicita: possibilidade de upgrade para aquisição de Imagens 4D”

R – Conforme item aprovado pela equipe técnica do Ministério da Saúde, não é possível a sua alteração no descritivo de edital. (Segue anexo a este copia da proposta aprovada pelo ministério da saúde n-13918.415000/1180-02)

2) “Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 Mhz e abertura mínima 180°”

R - Transdutor Endocavitário citado na impugnação, justifica-se que a frequência muito baixa da uma resolução ruim, podendo prejudicar a qualidade do exame.

- A abertura de 180° aumenta o campo de visão do médico, o que torna o exame mais efetivo e mais conforto para paciente. E a maioria das empresas apresenta essa abertura como por exemplo Siemens, Esaote e Saevo.

Saliento que após pesquisa feita junto as empresas, verificou-se que encontramos 03 (três) empresas que atende ao descritivo deste edital. Estas são as seguintes marcas que atende ao descritivo:

**MEDPEJ - 4.0 - 15.0 MHz*

**SAEVO - 3.0 - 15.0 MHz*

**ESAOTE - 3.0 -13.0 MHz.*

“Edital solicita: Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 2 a 7 MHZ”

R – Consta-se neste presente processo memorando 667/2019, página 201, publicação no site deste município e publicado no DOE (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO).



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Pregão

Apesar de ter 03 (três) empresas ou mais que atende a especificação do edital será admitido uma variação nos transdutores CONVEXO e ENDOCAVITÁRIO de +/- 1MHz. Conforme consta da retificação do edital.

Onde-se ler no edital: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz e abertura mínima de 180°."

Leia-se no edital: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz será permitido variação de +/- 1 MHz e abertura mínima de 180°."

Que atende plenamente GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO – HOSPITAIS Transdutor Convexo as frequências de 2 a 6 MHz (Edital de 2 a 7 MHz Variação +/-1).

"V PRAZO DE ENTREGA"

1- No instrumento editalício não está estipulado prazo para entrega do objeto do certame.

R – Favor se atentar para o item 4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO – 4.3 "O equipamento, objeto da presente licitação, deverá ser entregue em no máximo, 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada em sua embalagem original contendo as informações:"

PARECER

Primeiramente, não tem esta Procuradoria do Município competência técnica para analisar a descrição do objeto a ser licitado, do Termo de Referência, etc.

A Diretora de Serviços Especializados afirma que não tem intenção de restringir ou frustrar o caráter competitivo ou até mesmo privilegiar alguma marca. Que preza por um equipamento de qualidade que atenda às necessidades dos pacientes, a todo tempo mantendo a imparcialidade e transparência de seus atos.



Prefeitura Municipal de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde
Comissão de Pregão


Não podemos olvidar que o princípio basilar da licitação é a competitividade e que no caso não restou demonstrada restrição ou exigência que tenha inviabilizado ou dificultado a competitividade entre os interessados. No caso, restou demonstrado que as descrições do item licitado seguiram as normas ditadas pelo Ministério da Saúde, conforme informado nas respostas e na especificação técnica juntada às fls. 205.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, opina esta PGM pela improcedência das impugnações.

Após manifestação da Diretoria de Serviços Especializados e Procuradoria Geral do Município, pela improcedência da impugnação da licitante, a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Denise Maria da Fonseca, acolheu os fundamentos de tal, e DECIDIU pelo indeferimento da impugnação apresentada pela recorrente GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALRES LTDA. Comunica-se que, a impugnação recebida, o julgamento da mesma, o parecer da Diretoria de Serviços Especializados e Procuradoria Geral do Município e a Decisão da Secretária de Saúde - Autoridade Superior foram juntados aos autos e estão à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, das 12:00 às 18:00 horas.

Patos de Minas, 06 de novembro de 2019


Ismael Antonio Barbosa
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Diante das informações contidas no Processo Licitatório denominado Pregão Eletrônico nº 086/2019, no parecer emitido pela Diretoria de Serviços Especializados e Procuradoria Geral do Município **DECIDO** pelo indeferimento da impugnação apresentada pela recorrente GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALRES LTDA.

Patos de Minas, 06 de novembro de 2019.


Denise Maria da Fonseca
Secretária Municipal de Saúde