



Município de Patos de Minas
Secretaria Municipal de Saúde

RETIFICAÇÃO

A Comissão de Pregão da Secretaria Municipal de Saúde, atendendo ao interesse público, a eficácia do processo licitatório, retifica o edital do Pregão Eletrônico nº 086/2019 - aquisição de aparelho de ultrassom para utilização nos atendimentos da clínica de especialidades médicas, proposta Nº 13918.415000/1180-02 ministério da saúde.


No edital:

Onde-se lê: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz e abertura mínima de 180°.


Leia-se: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2 a 7 MHz, Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4 a 13 MHz com variação de +/- 1 MHz e abertura mínima de 180°.

As novas datas ficam marcadas para: LIMITE DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 08/11/2019 às 12:00 (doze horas); ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 08/11/2019 às 12:01 (doze horas e um minuto); ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: Dia 08/11/2019 às 13:00 (treze horas). As demais cláusulas e condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas.

Patos de Minas, 22 de outubro de 2019.


Denise Maria da Fonseca

Secretária Municipal de Saúde – Autoridade Competente


Rosilene Maria de Sousa
Pregoeira